

ROGUE DT

DA - BRUGERVEJLEDNING OG GARANTI



Additional User
Instruction Languages



2026-06-30

DA - INTRODUKTION

Tak for dit køb af et Ki Mobility produkt!

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Brug det ikke uden at læse hele manualen først. Tages produktet i brug uden først at have læst hele manualen, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst af bruger og/eller hjælper.

Ki Mobility anbefaler oplæring i sikker brug af denne stol af en fagperson inden for hjælpemiddelteknologi eller anden kompetent klinisk eller teknisk fagperson, før brug.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forhold til aspekter af denne kørestol, manual eller service leveret, skal du ikke tøve med at kontakte din autoriserede leverandør, en autoriseret repræsentant eller Ki Mobility. Ki Mobility kan kontaktes på:

(1)715-254-0991



Ki Mobility, LLC
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
USA



www.kimobility.com
(Inkluderer "find forhandler" og adgang til trykte oplysninger)

Eller gennem vores autoriserede EU-repræsentant:



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp
Sweden



Eller gennem vores ansvarlige person i Storbritannien:



Etac Ltd
Unit 60, Hartlebury Trading
Estate, Hartlebury
Kidderminster, DY10 4JD

INDHOLDSFORTEGNELSE

DA - INTRODUKTION	1
INDHOLDSFORTEGNELSE	1
BEMÆRK - LÆS FØR ANVENDELSE	1
Tilsigtet anvendelse	1
Indikationer brug	1
Din sikkerhed	2
Signalord	2
Identificering af serienummer	2
Forklaring af symboler	2
Almindelige advarsler og forsigtighedsregler	3
Positioneringsbælter eller seler	5
Kørsel i din kørestol	6

Power Drives	7
Din kørestol og miljøet	8
Ændring af din kørestol	8
Kørestolens stabilitet	8
Eftermontering af sæde	9
KØRESTOL - BRUG & KONFIGURERING	9
Kantsten, trin og trapper	9
Overflytninger	9
Transitbrug	10
Brug af pude	12
Transport af en kørestol uden bruger	13
Dine Rogue DT & Its dele	13
Højdejusterbar T-arm	13
Drej armstøtten til siden	14
Bagerste hjul	14
Justerung af fodstøtten	15
Vinkeljusterbare fodstøtte	15
Fodstøtte med justerbar vinkel, der kan klappes ind under foden	15
Hybrid vinkel justerbar fodstøtte	15
Hjullåse	16
Hjullåse	17
Tipsinkring	19
Polstringsstof	21
Polstring af sæde	21
Rygstøtte	22
Holder til stok og krykker	23
Trinrør	23
Kontaktoverflader	24
VEDLIGEHODELSE OG PLEJE	24
Vedligeholdelsestabel	24
Rengøring	26
Opbevaring	26
Bortskaffelse	26
PROBLEMLØSNING	27
Symptomer og løsninger	27
GARANTI	27
SPECIFIKATIONSARK	28

BEMÆRK - LÆS FØR ANVENDELSE

A. Tilsigtet anvendelse

Ki Mobilitys manuelle kørestole er manuelt betjente enheder med hjul der er tilsigtet medicinske formål, for at levere mobilitet til personer der er begrænset til en siddende stilling.

B. Indikationer brug

Ki Mobility manuelle kørestole er en manuelt betjent enhed med hjul, der er beregnet til at give mobilitet til voksne begrænset til en siddende stilling.

C. Din sikkerhed

BEMÆRK: Kontakt Ki Mobility for oplysninger om tilbagekaldelser grundet sikkerhed og meddelelser. Alle alvorlige bivirkninger eller skader relateret til brugen af din kørestol eller dens tilbehør skal indberettes omgående, hvis tilfældet direkte eller indirekte medfører alvorlig nedsat helbred eller død af bruger eller anden person. Indberet alle alvorlige tilfælde og/eller skader til Ki Mobility, og hvis nødvendigt grundet lokal lovgivning, den relevante autoritet hvor brugeren og/eller anden person lovpligtigt opholder sig.

Brug ikke denne kørestol uden at læse hele manualen først. FØR brug, skal du oplæses i sikker brug af denne stol af en Fagperson inden for hjælpeteknologi (Assistive Technology Professional, ATP) eller en anden kompetent kliniker eller teknisk professionel. Ki Mobility producerer mange forskellige kørestole, der kan leve op til dine behov. Den anbefalede bedste praksis for valg af kørestol er at konsultere en ATP eller anden kompetent teknisk professionel og en erfaren klinisk professionel, såsom en fysioterapeut, ergoterapeut eller læge. Endeligt valg af kørestol, valgmuligheder og justeringer hviler alene på dig og din tekniske og kliniske professionelle person. De valgmuligheder du vælger og opsætningen og justeringen af kørestolen kan have direkte indflydelse på dens præstation, stabilitet og evne til at imødekomme dine behov. Faktorer der bør overvejes og påvirker din sikkerhed og stabilitet er:

1. Dine personlige evner, inklusive styrke, balance og koordination.
2. De former for farer og forhindringer du kan støde på i løbet af din dag.
3. De specifikke dimensioner, muligheder og opsætning. I særdeleshed, sædehøjde og dybde, vinkel på sæde, vinkel på ryggen, størrelse og placering af de bagerste hjul og størrelse og placering af de forreste hjul.

D. Signalord

I denne manual finder du hvad der henvises til som »Signalord«. Disse ord bruges til at identificere og overbringe alvorlighedsgraden af forskellige farer. Før du bruger denne stol bør, både dig som bruger og alle som hjælper dig, læse hele denne manual. Bemærk signalordene og tag alle bemærkninger, forsigtighedsregler eller advarsler i betragtning. Vær sikker på at følge alle instruktioner og brug stolen sikkert. Signalordene refererer til en fare eller usikker praksis der kan forårsage alvorlig tilskadekomst eller død, for dig eller andre personer.

»Advarslerne« er under 3 hovedkategorier, som følger:

BEMÆRK: Bemærk indikerer at der er en potentiel farlig situation som kan, hvis den ikke undgås, medføre i nedsat præstation af stolen eller skade på din kørestol.



FORSIGTIG: Forsigtighedsregel indikerer en potentiel farlig situation som kan, vis den ikke undgås, resultere i skade på din kørestol og skade på dig.




ADVARSEL: Advarsel indikerer en potentiel farlig situation som kan, hvis den ikke undgås, resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.

Disse signalord er placeret i hele manualen, hvor det er relevant, for at gøre opmærksom på en farlig situation. Se afsnit G om farlige situationer der er gældende for almindelig brug af denne kørestol.

E. Identificering af serienummer

Mærkatens med serienummeret giver vigtige oplysninger om din kørestol og serienummeret bruges som en unik identifikator for din specifikke stol. Se billedet nedenfor om hvor du kan finde serienummeret på din stol.



F. Forklaring af symboler

Symbol	Definition
	Angiver producenten af det medicinske udstyr.
	Produktionsdato (ÅR/MÅNED/DAG).
	Hvis den findes på det medicinske udstyr eller emballagen, angiver den, at brugeren af sikkerhedshensyn skal konsultere anvisningerne som fx forsigtighedsregler og advarsler.
	Angiver, at produktet er medicinsk udstyr
	Angiver producentens serienummer, så specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
	Angiver den autoriserede repræsentant i EU.

Symbol	Definition
	Angiver producentens erklæring om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.
	Angiver, at brugeren skal konsultere brugsanvisningen.
	Angiver, at brugeren skal konsultere det angivne websted vedr. en brugsanvisning i e-format.
	Angiver et websted, hvor brugeren kan få yderligere oplysninger om det medicinske produkt.
	Angiver en specifik maksimal vægtgrænse (lbs/kg).
	Angiver punkt for fæste af transportbeslag.
	Angiver, at udstyret ikke er til transportbrug.
	Angiver et muligt/potentielt klemmepunkt.
	Angiver det firma som importerer det medicinske udstyr til den pågældende lokalitet.
	Overholder ANSI/RESNA WC-4 Afsnit 19 (WC19) og ISO 7176-19.
	Angiver producentens erklæring om, at produktet overholder kravene i de gældende UKCA-direktiver.

G. Almindelige advarsler og forsigtighedsregler

⚠ ADVARSEL ⚠

		Standard	Transit
Rogue DT		136 kg (300 lbs)	136 (300 lbs)

ADVARSEL: Begrænsninger henviser til kombineret vægt i pund af bruger og alle medfølgende dele. Overskrid ikke stolens vægtbegrænsning. Overskridelse af vægtbegrænsningen kan beskadige din stol eller kan øge din risiko for at falde eller vælte. Et fald eller hvis du vælter, kan forårsage alvorlig tilskadekomst eller død-



Brug ikke stolen til vægttræning. Bevægelsen af ekstravægt ændrer stolens tyngdepunkt og øger din risiko for at vælte. Hvis du vælter kan det resultere i skade på din stol eller i alvorlig tilskadekomst eller død.



Hæng ikke rygsække, tasker eller tunge ting højere end brugerens tyngdepunkt. Den ekstra vægt ændrer stolens tyngdepunkt og øger risikoen for at du vælter. Hvis du vælter kan det resultere i alvorlig tilskadekomst eller død. Hvis det er nødvendigt at

medbringe yderligere vægt, anbefales det at bruge holderne under sædet. Objekter der hænges på stolen kan forårsage ustabilitet, kan forhindre adgang til stolens komponenter, kan blive viklet ind i bevægende dele eller kan forårsage tidlig slid af stolens komponenter, såsom polstringen på ryggen og skubbehåndtagene.



Bevar dækkene i det korrekte dæktryk. Brug af en stol med forkert dæktryk kan påvirke dens stabilitet, og øge din risiko for at vælte. Hvis du vælter kan det resultere i skade på din stol eller alvorlig tilskadekomst eller død for dig eller andre. Det korrekte dæktryk er angivet på siden af dækket. Din kørestolsleverandør kan afgøre om din dæk er med lufttryk, hvis du er usikker.



Udgå ramper eller hældninger der stiger mere end 9 grader. Stejle hældninger øger din risiko for at falde eller vælte. Hvis du vælter kan det resultere i skade på din stol eller alvorlig tilskadekomst eller død for dig eller andre. Brug ikke stolen på ramper der hælder mere end 9 grader (cirka 2 tommer stigning/fald pr. linær fod): Hverken op/ned eller langs.



Udgå stigende overflader der er glatte, dækket i is, olie eller vand. Glatte stigninger kan resultere i manglende evne til at kontrollere kørestolen på overfladen og kan medføre at den vælter eller fald. Et fald eller hvis du vælter kan resultere i skade på din stol eller i alvorlig tilskadekomst eller død.



Udgå at læne dig ud over siden eller ryggen på din kørestol for at forlænge din rækkevidde. Hvis du læner dig ud over din stol kan det ændre dens tyngdepunkt og forårsage en ustabil situation der resulterer i fald eller at den vælter. Et fald eller hvis du vælter kan resultere i skade på din stol eller i alvorlig tilskadekomst eller død.



Løft ikke kørestolen i dens aftagelige dele mens der er en bruger i den. Løft af kørestol i dens aftagelige dele, mens der er en bruger i den, kan medføre at brugeren falder eller mister kontrollen. Et fald eller tab af kontrol kan resultere i skade på din kørestol eller i alvorlig tilskadekomst eller død.



Pakkemateriale skal holdes uden for børns rækkevidde. Upassende håndtering af pakkemateriale og forsømmelse af supervision af børn, kan

resultere i kvælning og alvorlig tilskadekomst eller død.



Din kørestol lever op til ISO 7176-16 for antændelighed. Resistance mod antændelighed kan ændres med brugen, aldrig eller rengøring. Der skal tages forholdsregler for at undgå antændelige kilder og afstand til brændbare materialer der kan øge antændelighed, såsom ilt og alkohol. Vær opmærksom på at tilføjelse af komponenter, sæde, postural støtte eller materialer til stolen, kan ændre antændeligheden. Ændringer i antændelighed kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.




I tilfælde af spild af ætsende midler, eller udsættelse for biofarer, fjernes kontaminanterne omgående. Se afsnittet om rengøring i denne manual, for vejledning.



Enhver kropsdel der trykker mod rammen på en kørestol eller andre kørestolsdele kan give hudefformation der resulterer i et højtrykspunkt. Højtrykspunkter kan påvirke vævet negativt og gøre at du udvikler tryk-skade eller brud på huden. Hvis der opstår rødme af din hud, eller andre symptomer på tryk-skade eller brud på huden, skal du ophøre med brugen af dette produkt omgående og kontakt din kliniker. Forsat brug af kørestolen efter hudforandringer er tilkommet kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.




For sikker flytning og løft af kørestolen uden en person, anbefales det at folde ryglænet (hvis konfigurationen tillader det) og gribe fat i punkter på stellet som vist i diagrammet. Vær forsigtig med ikke at tage fat i punkter hvor der er aftagelige dele eller flyt mens stolen bruges, for at undgå skade og komponentfejl.



Samlede dimensioner på kørestolene varierer efter deres specifikke konfiguration, såsom dybde og bredde på sædet, valg af hjul og dæk og

tilføjelse af eftermonteret udstyr der ikke er leveret af Ki Mobility. Hvis de samlede dimensioner af din specifikke kørestol overskrider de anbefalede dimensioner på billedet nedenfor, kan det begrænse adgangen til nødudgange. Manglende evne til at bruge en nødudgang kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.



! FORSIGTIG !

FORSIGTIG: Undgå at overstramme møtrikker og hardware der fastgør komponenter til rammen. Overstramning kan forårsage skade på stolen, påvirker dens holdbarhed og ydeevne. Skade på stolen kan resultere i tilskadekomst af brugeren.

BEMÆRK: Oplysninger om stramning af hardware kan findes i afsnittet om vedligeholdelse i denne vejledning. Kontakt din autoriserede leverandør hvis du er usikker på hvordan møtrikker og hardware strammes korrekt, eller mangler det nødvendige værktøj.

! ADVARSEL !

ADVARSEL: Brug af fodstøtten uden støttende fodbeklædning såsom sko kan medføre alvorlige beskadigelse af dine fødder.

Kørestole fra Ki Mobility fås med flere forskellige fodstøtter. De har forskellige tilpasningsindstillinger og er konstrueret til at give fødderne den rette støtte og position. De er beregnet til brug sammen med støttende fodbeklædning såsom sko. Det gælder generelt, at fodpladerne kan være mindre end dine fødder og vil ikke beskytte fødderne mod hændelige uheld, f.eks. at støde ind en væg, dør eller en anden hård overflade, hvilket kan ske, når du bruger kørestolen. Overfladerne kan have strukturer eller belægninger, der forhindrer din fod i at glide af. Nogle har åbninger, der gør det lettere at fastgøre andre typer fodstøtter. Disse strukturer, belægninger og fastgørelsesanordninger er ikke konstrueret til at interagere med ubeskyttede fødder og kan forårsage hudafskrabninger og

trykpunkter, der kan påvirke vævets integritet. Sekundære støtter, f.eks. fodpuder og fodkasser, kan tilføjes for at beskytte dine fødder, hvis du ikke bærer tilstrækkeligt støttende fodbeklædning såsom sko. Hvis du er usikker på, om dine fodstøtter er velegnet til dig, bør du rådføre dig med en kompetent sundhedsmedarbejder med viden om hjælpemidler eller en erfaren sundhedsmedarbejder, f.eks. en fysioterapeut, ergoterapeut eller læge, for at afgøre, hvilke fodstøtter der bedst opfylder dine behov. Hvis du har sår i huden eller andre problemer med vævets integritet, bør du stoppe med at bruge produktet og søge råd hos en sundhedsmedarbejder med viden om hudpleje, f.eks. en læge, sygeplejerske eller terapeut. Følg altid rådene fra det kliniske personale, der plejer din hud, og brug de anbefalede forbindinger og/eller beklædninger til at beskytte din hud.

ADVARSEL

ADVARSEL: Brug af amputationsstøtte uden korrekt beskyttelse kan resultere i alvorlig beskadigelse af stumpen/-erne.

Hvis du har fået foretaget en amputation eller har deformiteter i benet/benene, kan kørestolen være forsynet med en eller to amputationsstøtter. Amputationsstøtter er konstrueret til brug sammen med korrekt og relevant beskyttelse af din(e) stump/-er. De kan med vilje være lavet kortere end din(e) stump/-er, og vil ikke beskytte stumpen mod beskadigelse, der skyldes hændelige uheld, f.eks. at støde ind en væg, dør eller en anden hård overflade, hvilket kan ske, når du bruger kørestolen. Amputationsstumper kan have problemer med vævsintegritet som følge af sår og hudafskrabninger. For at mindske denne risiko bør du altid sørge for, at stumpen/-erne altid er korrekt beskyttet. Hvis du har sår i huden eller andre problemer med vævets integritet, bør du stoppe med at bruge produktet og søge råd hos en sundhedsmedarbejder med viden om hudpleje, f.eks. en læge, sygeplejerske eller terapeut. Følg altid rådene fra det kliniske personale, der plejer din hud, og brug de anbefalede forbindinger og/eller beklædninger til at beskytte din hud.

ADVARSEL

ADVARSEL: Alt efter din hud og andre forhold, der hører sammen med dit handicap, kan du udvikle irritation eller hudafskrabninger som følge af langvarig kontakt med eller gnidning mod kørestolens overflader. Irritation og hudafskrabninger kan føre til yderligere komplikationer, der skyldes

ødelæggelse af huden, hvilket kan være alvorligt.

Ki mobility anbefaler, at de dele af din hud, som hviler mod eller gnider mod kørestolens komponenter eller stel, beskyttes med beklædning eller anden form for tildækning. Hvis du har sår i huden eller andre problemer med vævets integritet, bør du stoppe med at bruge produktet og søge råd hos en sundhedsmedarbejder med viden om hudpleje, f.eks. en læge, sygeplejerske eller terapeut. Følg altid rådene fra det kliniske personale, der plejer din hud, og brug de anbefalede forbindinger og/eller beklædninger til at beskytte din hud.

H. Positioneringsbælter eller seler

ADVARSEL

ADVARSEL: Upassende brug af positioneringsseler kan medføre at bruger glider under positioneringsbæltet i kørestolen. Hvis dette sker, kan der forekomme brystkompression eller kvælning grundet tryk fra bæltet. Hvis dette sker, kan brugerens vejtrækning hæmmes og medføre alvorlig tilskadekomst eller død.



Upassende brug af positionerings-seler kan medføre at kropsdele bliver viklet ind, hvilket kan begrænse bevægeligheden, som kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.

Ki Mobility anbefaler brugen af hofteseler. Hofteseler kan reducere risikoen for at falde ud af din kørestol.

Positioneringsseler, såsom hofteseler og seler og stropper til bagagerum, er udviklet til at hjælpe, bevare og støtte passende positionering og siddestilling i kørestolen.

- Kontrollér at brugeren ikke glider ned under positioneringsselen i kørestolens sæde.
- Positioneringsselen bør sidde til. Nok til at bevare deres position, men ikke så stramt at det hæmmer vejtrækningen. Der skal være plads til en åben hånd mellem bruger og sele.
- Passende brug af puder kan bidrage til stabilitet i bækkenet og reducere glidning.
- Brug ALDRIG positionerings-seler som:
 - a. Som fiksering. En fiksering kræver en lægeordination.
 - Medmindre du nemt kan fjerne selerne i nødstilfælde. Hvis du ikke kan dette, skal du konsultere din sundhedsvejleder for

andre muligheder der kan hjælpe til din siddestilling.

- b. En bruger som er bevidstløs eller ophidset.
- c. Som en fiksering af en brug eller sikkerhedssele i et motorkøretøj. En positioneringssele er ikke designet til at erstatte en sikkerhedssele som er fastgjort til et køretøjs ramme, som kræves af en effektiv sikkerhedssele. Under et pludseligt stop, med den kraft der medfølger, bliver brugeren kastet fremad. Dette kan kørestolsseler ikke forhindre, og yderligere skade kan forekomme fra seler eller stropper. Se afsnittet om transit i denne manual, for yderligere oplysninger.

I. Kørsel i din kørestol

ADVARSEL

ADVARSEL: Undgå at skubbe eller bruge din kørestol på blød, ru, ujævn eller glatte overflader (inklusive, men ikke begrænset til is, sand, løs jord, græs, grus, huller, revner og ødelagt fortov). Brug på sådanne overflader kan forårsage at kørestolen mister stabilitet og vælter pludseligt, som resulterer i et fald eller tab af kontrol. Et fald eller tab af kontrol kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død.



Vær altid opmærksom på potentielle forhindringer forude, eller skift i overflader, som kan forårsage dine forreste hjul i at gribe fat og stoppe din kørestol pludseligt. Mangel herpå kan forårsage at kørestolen vælter pludseligt som resulterer i et fald eller tab af kontrol. Et fald eller tab af kontrol kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død.



Se altid efter objekter eller forhindringer forude, som din kørestol potentielt kan ramme. Hvis du rammer et objekt eller en forhindring kan det forårsage at din kørestol pludselig vælter som resulterer i et fald eller tab af kontrol. Et fald eller tab af kontrol kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død. Derudover kan det forårsage skade på din kørestol, hvis du støder på en genstand eller forhindring. Risikoen for skader og beskadigelse af din kørestol, når du rammer en genstand eller forhindring, stiger med din hastighed.



Det er ekstremt farligt at bruge din kørestol på offentlig vej og anbefales ikke. Kørestolsbrugere skal overholde færdselsreglerne for fodgængere. Gennemlæs færdselslovgivningen for din stat, nogle stater tillader ikke kørestole på offentlige veje.



Din balance påvirkes af hældningen på den overflade du kører på. Siden balancen er påvirket, vil din kørestol være mindre stabil når den er i en vinke. Det gælder især når der køres sidelæns på en hældning. Kørsel på en hældning i din kørestol kan forårsage kørestolen vælter pludseligt og/eller at brugeren mister stabiliteten, som resulterer i et fald eller tab af kontrol. Et fald eller tab af kontrol kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død.



Vær opmærksom på motorkøretøjer når du bruger din kørestol offentligt eller i private områder (inklusive, men ikke begrænset til fodgængerovergange, fortov, beboelsesområder, parkeringspladser og parker). Grundet din lave placering:

- Når belysningen er forringet på grund af den reflekterende tape på din kørestol og beklædning.
- Hold altid tilbage indtil føreren af motorkøretøjet har set dig, selvom du har forkørselsret.



Udvis ekstrem forsigtighed når der køres baglæns. Der kan være en forhindring du ikke er i stand til at se som kan forårsage du vælter bagover. Det kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død, hvis der tippes.



Ki Mobility anbefaler ikke kun at balancere på de bagerste hjul med de forreste løftet fra jorden (også kendt som en »wheelie«). Et fald eller væltning er meget sandsynligt og kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død. Hvis du vælger at ignorere denne advarsel, må du ikke forsøge dig med en wheelie, medmindre du er blevet trænet af en klinisk eller teknisk professionel. Du bør altid have hjælp fra en rask person, der er parat til at forhindre dig i at overskride dit tippepunkt.



Kør ikke din kørestol på en rulletrappe. Brugen af en kørestol på en rulletrappe kan medføre et fald, at

den vælter eller tab af kontrol. Et fald, væltning eller tab af kontrol kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død.



Undgå at tage tøj af og på i din kørestol. Af og påklædning i din kørestol forårsager at din vægt flytter sig. Dermed øges din risiko for at falde eller vælte. Hvis du falder eller vælter kan det resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død.



Ki Mobility anbefaler brugen af tilbehør, såsom hælløkker og lægremme. Når de bruges korrekt, kan hælstopper og lægremme hjælpe med at forhindre, at dine ben og fødder ved et uheld glider af fodpladen eller fodstøtten, hvilket potentielt kan forårsage, at dine fødder bliver viklet ind i kørestolen og dens komponenter eller rammer jorden. Brug af en kørestol uden tilbehør såsom korrekt monterede hælstopper og lægremme kan resultere i en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i personskaade.

Når du bruger din kørestol skal du altid:

- Kontrollere området foran din kørestol grundigt, mens du kører.
- Kontrollér at de overflader du kører på er jævne og fri for forhindringer.
- Fjern eller tildæk dørtærskler mellem rum.
- Hvis din kørestol har tipsinkring, skal du kontrollere at de er låst i korrekt placering når du kører i din kørestol (referencen IV, P, for passende brug af tipsinkring).
- Hold begge hænder på dine håndtag, når du kører over forhindringer.
- Skub eller træk aldrig en genstand for at drive din kørestol frem.
- Sørg for, at der ikke er et fald i bunden af ramper.
- På en stigning skal du læne din overkrop lidt frem for at undgå at vælte bagud.
- På en nedadgående bakke skal du presse din overkrop bagud for at forhindre, at den tipper fremad.
- Forsøg ikke at skubbe over forhindringer uden hjælp.
- Sørg for, at alle ramper, skråninger eller kantsten, du forsøger at køre på, er i overensstemmelse med ADA-retningslinjerne (Americans with Disabilities Act) eller de tilsvarende retningslinjer for tilgængelighed i dit område.

ADA guidelines og yderligere oplysninger om tilgængelige designs kan findes på: www.ada.gov

J. Power Drives

ADVARSEL

ADVARSEL: Sørg for, at power drive systemet er blevet valideret og godkendt af producenten til brug med din Ki-kørestol og dens konfiguration. Brug af et ikke-godkendt eksternt power drive kan resultere i mekanisk fejl på kørestolen eller forårsage et fald. Et fald kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død.



Powerdrive systemer ændrer kørestolens stabilitet og ydeevne. Brug altid tipsinkring med dit power drive system. Mangel herpå kan resultere i at din kørestol vælter bagover. Det kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død, hvis der tippes bagover.



Se altid efter objekter eller forhindringer forude, som din kørestol potentielt kan ramme. Power drive systemer ændrer kørestolens ydeevne og vil øge risikoen for at vælte uventet, hvis du rammer en genstand eller forhindring. Uventet tip kan resultere i et fald eller tab af kontrol. Et fald eller tab af kontrol kan resultere i skade på din kørestol. Risikoen for skader og beskadigelse af din kørestol, når du rammer en genstand eller forhindring, stiger med din hastighed.



Se altid fremad efter genstande eller forhindringer, som din kørestol potentielt kan ramme. Motorrevne systemer ændrer kørestolens ydeevne og vil øge risikoen for beskadigelse af din kørestol og/eller dens komponenter. At ramme en genstand eller forhindring kan resultere i et fald eller tab af kontrol. Et fald eller tab af kontrol kan resultere i alvorlig personskaade eller død.



Instruktioner fra tredjepart til installation på vores kørestolsmodeller skal følges nøje. Forkert installation kan føre til produktfejl, alvorlig personskaade eller dødsfald og ugyldiggøre garantien.

Ki Mobility anbefaler ikke at installere nogen form for power drive systemer på Ki Mobility kørestole. Ki Mobility kørestole er ikke designet eller testet af Ki Mobility som elektriske kørestole. Hvis du tilføjer et power drive system til en Ki Mobility kørestol, ska du kontrollere at

producenten af power drive systemet har valideret og godkendt kombinationen af power drive systemet og kørestolen er sikker og effektiv.

K. Din kørestol og miljøet

FORSIGTIG

FORSIGTIG: Udsættelse for vand eller overdreven fugt kan få metallet i kørestolen til at ruste eller korrodere, og stoffet rives i stykker. Tør din kørestol så hurtigt som muligt hvis den udsættes for vand.



BRUG IKKE DIN KØRESTOL I EN BRUSER, POOL. Dette vil medføre at din kørestol rustner og til sidst går i stykker.



Betjen ikke din kørestol i sand. Sand kan trænge ind i hjullejrene og bevægelige dele. Dette vil medføre skade og til sidst medføre at din kørestol går i stykker.

L. Ændring af din kørestol

ADVARSEL

ADVARSEL: INGEN BØR ÆNDRE DENNE KØRESTOL, KUN MED JUSTERINGER I HENHOLD TIL DENNE MANUAL ELLER VED AT TILFØJE KI MOBILITY GODKENDETE MULIGHEDER. DER FINDES INGEN GODKENDETE MULIGHEDER DER INDEBÆRER BØRING AF HULLER ELLER AT SKÆRE I RAMMEN AF ANDRE END OPLÆRTE KI MOBILITY ANSATTE. Din kørestol er udviklet og produceret under strenge designkontroller. En integreret del af denne proces er at sikre at de forskellige komponenter arbejder korrekt sammen. De er testet i henhold til forskellige standarder for at sikre at kvaliteten og er godkendte til at arbejde sammen. Kontakt en autoriseret leverandør eller Ki Mobility før du tilføjer tilbehør eller dele der ikke er godkendt af Ki Mobility. Modifikationer eller muligheder der ikke er godkendte kan medføre fald og forårsage alvorlig tilskadekomst eller død.

M. Kørestolens stabilitet

ADVARSEL

ADVARSEL: Din kørestols stabilitet kan påvirkes når den anvendes på blød, ru, ujævn (stigende eller faldende) eller glatte overflader (inklusive, men ikke begrænset til is, sand, løs jord, græs, grus, huller, revner og ødelagt fortov). Brug på disse overflader

kan få kørestolen til at vælte pludseligt resulterende i fald eller tab af kontrol. Et fald eller tab af kontrol kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død.



Vægtforskydning i din kørestol, ekstra vægt i din kørestol, transport af eller udrækning efter objekter kan påvirke din kørestols stabilitet. Dermed øges din risiko for at falde eller vælte. Hvis du falder eller vælter kan det resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død.



Ki Mobility anbefaler ikke kun at balancere på de bagerste hjul med de forreste løftet fra jorden (også kendt som en »wheelie«). Et fald eller væltning er meget sandsynligt og kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død. Hvis du vælger at ignorere denne advarsel, må du ikke forsøge dig med en wheelie, medmindre du er blevet trænet af en klinisk eller teknisk professionel. Du bør altid have hjælp fra en rask person, der er parat til at forhindre dig i at overskride dit tippepunkt.



Undgå at tage tøj af og på i din kørestol. Af og påklædning i din kørestol forårsager at din vægt flytter sig. Dermed øges din risiko for at falde eller vælte. Hvis du falder eller vælter kan det resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død.

Strategier til at minimere risikoen for at falde:

- Sørg for, at tipsinkring er i den korrekte position (Reference IV, P. for korrekt brug af tipsinkring).
- Læn dig forover når der skubbes op af en hældning.
- Læn dig tilbage når der skubbes ned af en hældning.
- Hav en bag dig der kan hjælpe.
- Opsætningen af kørestol skal kun foretages af en autoriseret tekniker.
- Brug altid det tilbehør der følger med.
- Din kørestol skal tilpasses af en autoriseret tekniker når der er ændringer i din vægt eller hvordan du sidder.
- Brug altid tipsinkring når det er relevant (Reference IV, P. for korrekt brug af tipsinkring).

For at sikre passende stabilitet af din kørestol skal du sikre at tyngdepunktet og kørestolens basis støtte er korrekt i forhold til din balance og

evner. Flere faktorer kan påvirke disse to elementer:

- Sædehøjde
- Størrelse og placering af de bagerste hjul
- Sædedybde
- Størrelse og placering af de forreste hjul
- Vinkel på ryggen
- Sædets systemkomponenter
- Vinkel på sæde
- Tippe position (hvis relevant)

Der er yderligere handlinger der kan påvirke stabiliteten på din kørestol. Du bør rådføre dig med en professionel inden for hjælpemidler eller en klinisk professionel, der er bekendt med dine behov og evner, for at afgøre, hvad du er i stand til at gøre sikkert og samtidig bevare stabiliteten af din kørestol.

N. Eftermontering af sæde

ADVARSEL

ADVARSEL: Monteringen af en pude på en kørestol kan påvirke tyngdepunktet på kørestolen. Ændringer i dit tyngdepunkt kan påvirke din stabilitet i din kørestol, hvilket kan resultere i at du vælter eller falder ned fra din kørestol, hvilket kan resultere i alvorlige kvæstelser. Gennemgå altid brugsanvisningen til din kørestol for at se, om ændringer i kørestolen kan være nødvendige for at give tilstrækkelig stabilitet efter tilføjelse af en pude.



Din huds integritet kan blive påvirket af mange aspekter af dit daglige liv og medicinske tilstand, herunder brugen af dette produkt. Sørg for at følge eventuelle hudplejeregimer fastsat af din kliniker. Forbrugere af dette produkt bør sørge for, at deres hud inspiceres rutinemæssigt for ændringer som anvist af deres kliniker. Mangel herpå kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.

Valg af det rigtige siddeprodukt

Du bør rådføre dig med en autoriseret kliniker (dvs. læge eller terapeut), der er uddannet i kørestolssæder og -positionering, før du vælger et sidde- og positioneringsprodukt. Dette vil hjælpe med at sikre, at du modtager det rigtige produkt til dine specifikke behov.

KØRESTOL - BRUG & KONFIGURERING

A. Kantsten, trin og trapper

ADVARSEL

ADVARSEL: Kør ikke op eller ned ad mere end 1 eller 2 trin/trapper i din kørestol. Hvis du ikke er opmærksom på disse advarsler, kan din stol blive beskadiget eller du kan vælte eller miste kontrollen, hvilket kan forårsage alvorlig personskade eller død for dig eller andre.

1. Forsøg ikke at køre op over eller ned ad en kantsten eller et trin alene, MEDMINDRE du er en rutineret bruger af denne stol, og:
 - a. Du uden problemer kan "stejle" med kørestolen, og:
 - Du er sikker på, at du har styrken og balancen til at gøre det.
 - Frigor og drej anti-tiprørene op, så de ikke er i vejen.
 - Forsøg ikke at køre op over eller ned ad en høj kantsten eller et højt trin (mere end 10 cm i højden), MEDMINDRE du har hjælp. Dette kan få stolen til at overskride sit balancepunkt og vælte.
 - Kør lige op og lige ned ad en kantsten eller et trin. Hvis du kører skråt op eller ned, kan du risikere at falde eller vælte
 - Vær opmærksom på, at stødet, hvis du falder ned fra en kantsten eller et trin, kan beskadige din stol eller løse fastgørelsesanordningerne.
2. Kør ikke op eller ned ad trapper i din kørestol. At køre op og ned ad trapper kan være udfordrende og kan resultere i et fald, der kan medføre skade på kørestolen og alvorlig personskade eller død for brugeren og/eller dem, der hjælper til.

B. Overflytninger

ADVARSEL

ADVARSEL: Der er flere forskellige passende forflytnings muligheder, det afhænger af dit mobilitetsniveau og dine særlige og individuelle funktionsevner. Du bør oplæres af en klinisk professionel i den, for dig, korrekte forflytningsteknik. Kontrollér at du på sikker

vis kan forflytte dig selv, før du forsøger med forflytning på egen hånd. Vær opmærksom på at der med stor sandsynlighed er et tidspunkt under overflytningen, hvor kørestolens sæde ikke er under dig. En mislykket overflytning kan resultere i et fald der kan forårsage alvorlig tilskadekomst eller død.

BEMÆRK: Før du overflytter dig fra din kørestol, skal alle sikkerhedsforanstaltninger tages for at reducere afstanden mellem de to overflader.

1. Lås hjullåsene for at låse de bagerste hjul.
2. Drej hjulene fremad for at øge kørestolens akselafstand.
3. Fjern eller drej fodstøtterne til siden.
4. Få nogen til at hjælpe dig, medmindre du er erfaren og dygtig til forflytninger.

C. Transitbrug




ADVARSEL: Brug aldrig din kørestol som et sæde i et motorkøretøj, medmindre den er udstyret med transitmulighed. Det er altid mest sikkert at flytte dig fra din kørestol og ind i et sæde i et motorkøretøj, med passende sæde og skulderseler. Anvendelse af din kørestol som et sæde i et motorkøretøj, kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død, hvis den ikke er udstyret med transitmuligheden.

Kørestolen med transitmuligheden er testet til og godkendt i henhold til RESNA WC-4, afsnit 19: Kørestole der anvendes i motorkøretøjer og ISO 7176-19 kørestole -- del 19: Mobilitetshjælp til brug som sæder i motorkøretøjer. RESNA og ISO standarder er designet til at teste kørestolens strukturelle integritet som sæde til brug i et motorkøretøj. Disse standarder er også designet til at skabe kompatibilitet med Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole og brugere (Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint Systems, WTORS).

Ikke alle kørestolskonfigurationer er compatible med transitmuligheden. Ki Mobility håndterer konfigurationen og tilbyder ikke denne kørestol, medmindre den er i compatible konfigurationer. Hvis du foretager ændringer til din kørestol efter du modtager den, bør du kontakte din kørestolsleverandør eller Ki Mobility for at sikre at det er passende at fortsætte med at bruge din kørestol som sæde i et motorkøretøj. Crashworth hofeselen og brugsvejledning er tilgængelig fra Kundeservice hos Ki Mobility og kan anvendes sammen med en skuldersele i et

motorkøretøj. Eftermonterede sæder kan have erstattet de originale sæder og rygstøtter der er designet og testet som en del af transitmuligheden. Din kørestolsleverandør bør fortælle dig om de sæder de har leveret er originale eller udskiftede eftermonterede sæder. Et komplet system af kørestolsramme, sæde, Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole og brugere (WTORS) og et korrekt udstyret motorkøretøj, der alle lever op til de standarder der nævnes i dette afsnit, bør være på plads før en kørestol, med transitmulighed, anvendes som et sæde i et motorkøretøj. Når du bruger din kørestol som et sæde i et motorkøretøj bør du altid være opmærksom på følgende instruktioner:

- Brugeren skal se fremad.
- Brugeren og alt tilbehør må ikke veje mere end 136 kg (300 lbs).
- Nogle konfigurationer af denne model kan overstige 724 mm (28.5 tommer) i bredden, som er minimumsbredden for løfteplatforme på ADA compatible køretøjer
- I tilfælde med tunge og ekstra store kørestole, anbefales transport i større køretøjer, når muligheden foreligger.
- Rygsække og poser bør fjernes og sikres separat i motorkøretøjet. I tilfælde af en kollision kan disse dele blive farlige projektiler, som kan skade eller slå dig, eller andre passagerer i motorkøretøjet ihjel.
- Kørerer skal bruge et Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole og brugere (WTORS) der overholder RESNA WC-4, afsnit 18: Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole og brugere (WTORS) til brug i motorkøretøjer eller ISO 10542-1 tekniske systemer og hjælpemidler til invalide eller handicappede personer -- WTORS - del 1: Krav og testmetoder for alle systemer.
- Fastgør stropperne på kørestolen til de fire sikringspunkter (to foran og to bag) på kørestolen med transitmulighed (Fig. 1) I henhold til producenten af fastsuringskørestolens instruktioner og RESNA WC-4, afsnit 18 eller ISO 10542-1, - del 1.
- Anvend kun tilsigtede sikringspunkter til at sikre din kørestol til et køretøj (Fig. 1).



- Fastgør brugerens seler i henhold til seleleverandørens instruktioner og RESNA WC-4, afsnit 18, eller ISO 10542, del 1.
- Både hofte- og skulderseler bør anvendes for at reducere risikoen for hoved og bryst påvirkninger med dele fra køretøjet.



⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Kontrollér at seleudløsermekanismen ikke aktiveres af dele fra kørestolen i tilfælde af et uheld. Aktivisering af seleudløsningsmekanismen under en kollision kan resultere i alvorlig tilskade-komst eller død.

- Brug af hovedstøtte, laterale støtter eller andet placeringstilbehør bør ikke udgøre det for brugerfastspænding. Disse bælter bør positioneres så de ikke ændrer på den korrekte positionering af motorkøretøjs sikkerhedssele i tilfælde af kollision, medmindre den posturale sele er designet til at være i overensstemmelse med, og leve op til kravene 4.6, 5.2, 5.3 og 6.1 i RESNA WC-4.


⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Rygstøtter med justerbare vinkler bør ikke lænes mere end 30 grader tilbage (lodret) under kørsel, medmindre det er nødvendigt for brugerens stilling og lægkelige behov. Efter tilpasning og justering skal den øverste del af rygstøttens overflade være inden for 10,2 cm (4 tommer) fra den øverste del af din skulder. Mangel på korrekt justering af rygstøtte og hældningsvinkler kan forårsage alvorlig tilskadekomst eller død.

- Alle eftermonterede sæder skal testes for at leve op til RESNA WC-4, afsnit 20 eller ISO 16840-4 - Del 4.
- Monter sædet på rullestolsrammen i henhold til sædeproducentens instruktioner og RESNA WC-4, afsnit 20 eller ISO 16840-4 - Del 4.
- Tilbehør såsom borde, holdere til ilttanke, ilttanke, IV stativer, rygsække, poser og ting der ikke er produceret af Ki Mobility skal fjernes og sikres separat i motorkøretøjet. I tilfælde af en trafikulykke, kan disse elementer blive farlige projektiler som kan skade eller slå dig eller andre passagerer i motorkøretøjet ihjel.
- Hvis kørestolen har været involveret i et trafikuheld, bør du ikke fortsætte med at bruge den, stolen kan have en skade der ikke nødvendigvis er synlig.

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hvis indvendige dele af køretøjet ikke kan fjernes fra rydningszonen (fig. 3) specielt dele i nærheden af brugerens hoved, skal være polstret med materiale der lever op til FMVSS 201, i tilfælde af påkørsel fra siden eller hvis køretøjet vælter, Mangelfuld polstring af indvendige dele i rydningszonen kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.



⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Fjer og sikr alle dele der midlertidig er forbundet til stolen, under ophold i motorkøretøjet. Hvis der efterlades emner fastgjort til ventilationsbakken, batterikassen eller holderen til iltbeholderen, eller hvis de ikke er fastgjort tilstrækkeligt og adskilt i et motorkøretøj, kan disse dele blive farlige projektiler i tilfælde af en kollision. Ligeledes indeholder ilttankke højtryks gas som accelererer forbrænding kraftigt. Disse faktorer kan medføre at brugeren og/eller andre i køretøjet kommer alvorlig tilskade eller deres død.

- Når denne kørestol anvendes som sæde i et motorkøretøj, skal alle emner der er fastgjort til ventilationsbakken, batterikassen eller beholder til ilttank være korrekt sikret og adskilte.
- Hvis stolen er udstyret med en holder til ilttank, må kørestolen ikke anvendes som sæde i et motorkøretøj.

BEMÆRK: For at indhente kopier af RESNA eller ISO standarder, kontakt venligst organisationerne for standarderne, oplyst nedenfor:

RESNA

www.resna.org

ANSI/RESNA Standards:

RESNA WC-4, afsnit 18:

Fastspændings- og sikkerhedsseslesystemer til kørestole og brugere (WTORS) til brug i motorkøretøjer.

RESNA WC-4, afsnit 19:

Kørestole brugt som sæder i motorkøretøjer.

RESNA WC-4, afsnit 20:

Sædesystemer til kørestole til brug i motorkøretøjer

International Organization for Standardization (ISO)

www.iso.org

ISO Standards:

ISO 10542-1 Tekniske systemer og hjælpemidler for invalide eller handicappede -- Fastspændings- og sikkerhedsseslesystemer til kørestole og brugere (WTORS) -- Del 1:

Krav og testmetoder for alle systemer.

ISO 16840-4 Sædeanordninger med kørestol -- Del 4:

Sædesystemer til brug i motorkøretøjer.

ISO 7176-19 Kørestole - Del 19:

Mobilitetshenheder på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer.

U.S. Department of Transportation

FMVSS 201

www.nhtsa.gov

Beskyttelse af passagerer ved indvendig stød - beskyttelse mod stød af hovedet

Transittestresultater

Bedømmelse af lateral stabilitet er God.

Fastspændingsform: Trepunkts

Bedømmelse af nem og korrekt placering af trepunktsselen er Fremragende.

Bedømmelse af graden af et korrekt placering af trepunktsselen kan opnåes er 16/16.

D. Brug af pude

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Undgå at sidde for længe ad gangen uden en korrekt kørestolspude. At være siddende i længere tid uden en korrekt kørestolspude kan forårsage tryksår, som kan medføre alvorlige infektioner eller endda død.



Fastgør puden før brug eller overflytning. Mangelfuld sikring af puden kan gøre at den glider ud under brug eller overflytninger, som kan medføre et fald eller tab af kontrol. Et fald eller tab af kontrol kan resultere i skade på

din stol eller i alvorlig tilskadekomst eller din eller andres død.

- a. Denne kørestol er designet til anvendelse med en korrekt kørestolspude.
- b. Standard slyngepolstring leveres med en krog og en løkke med selvstrammende stropper. Den pude der anvendes bør have krogeagtige fæstninger som kan fastgøres i løkken på sædeslyngen for at forhindre at pudsen glider væk under dig. Kontrollér at pudsen er sikret korrekt før overflytninger eller brug af kørestol.
- c. Det er muligt at en standard sædeslynge ikke er leveret sammen med din stol. Spørg din kørestolsleverandør om en eftermontering af original udstyrsslynge har fundet sted. Hvis ja, kontrollér at du følger instruktioner for brug leveret af leverandøren af eftermonterede dele.

E. Transport af en kørestol uden bruger

Ki Mobility kørestole er som standard egnet til transport i motorkøretøjer og fly. Kørestole bør altid være fastgjorte (særlige instruktioner fra transportøren er nødvendige). Afhængig af kørestolskonfigurationen, kan visse kørestole være for store til transport i visse motorkøretøjer eller fly. Se andre afsnit om demontering og tilbehør til at reducere størrelsen til opbevaring.

F. Dine Rogue DT & Its dele

1. Kontrollér og vedligehold din stol i henhold til de oplysninger der findes i afsnittet om vedligeholdelse og pleje.
2. Hvis du finder et problem, skal din autoriserede leverandør kontaktes omgående.




Fig. 4

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Flytbar armlæn | 10. Udløserstang |
| 2. Eger | 11. Hjul |
| 3. Drivring | 12. Afstivningsstang |
| 4. Baghjulsnav | 13. Aluminiums hjulflælg |
| 5. Hurtigudløsningssakse | 14. Hjulgaffel |
| 6. Ramme | 15. Hjul |
| 7. Polstring af rygstøtte | 16. Fodplade |
| 8. Anti-Tip | 17. Polstring af sæde |
| 9. Camber rør | |

G. Højdejusterbar T-arm



ADVARSEL: Disse armstøtter kan kun låse mod rotation og er designet til kun at klare nedadrettet kraftpåvirkning. De afmonteres fuldstændig hvis de trækkes op og kan ikke bruges til at løfte, eller på anden måde håndtere stolen. Mangelfuld overholdelse af ovenstående instruktioner kan resultere i utilsigtet afmontering af armstøtten fra kørestolen, og kan medføre fald eller tab af kontrol og forårsage alvorlig tilskadekomst eller død.

Sådan bruges din armstøtte

1. Montering
 - a. Skub den ydre armlænsstolpe ind i beslaget der er monteret på kørestolssrammen.
 - b. Armstøtten låser automatisk i korrekt position. Kontrollér at låsestangen er som vist (fig. 5:B).
2. Højdejustering
 - a. Drej og frigiv stangen (fig. 5:A).
 - b. Skub armstøttepuden op eller ned i den ønskede højde.
 - c. Drej stangen tilbage til låst position mod armstøttestolpen.
 - d. Skub armstøttespuden indtil det øvre armlæn låser sig sikkert. Kontrollér at låsestangen er som vist (fig. 5:A).
3. Afmontering af armstøtte
 - a. Tryk på udløserstangen (fig. 5:B) og fjern armstøtten.




Fig. 5

H. Drej armstøtten til siden

! ADVARSEL !

ADVARSEL: Disse armstøtter kan kun låse mod rotation og er designet til kun at klare nedadrettet kraftpåvirkning. De afmonteres fuldstændig hvis de trækkes op og kan ikke bruges til at løfte, eller på anden måde håndtere stolen. Mangelfuld overholdelse af ovenstående instruktioner kan resultere i utilsigtet afmontering af armstøtten fra kørestolen, og kan medføre fald eller tab af kontrol og forårsage alvorlig tilskadekomst eller død.

Sådan bruges din armstøtte

1. Montering (fig. 6)
 - Skub armstøtten ind i røret på det beslag der er monteret på bagsiden af rammen.
2. Drej armstøtten
 - Løft armstøtten let så den er fri af modtagermøtrikken. Drej væk fra stolen.
3. Afmontering af armstøtte
 - Løft armstøtten lige ud af modtageren.




Fig. 6

I. Bagerste hjul

! ADVARSEL !

ADVARSEL: Før du betjener stolen, kontrollér at trykknappen er helt ude og låsekuglerne på indersiden er låst. Mangel herpå kan resultere i at hjulet falder af, hvilket kan forårsage et fald eller tip af kørestol, som forårsager alvorlig tilskadekomst eller død for dig eller andre.

Sådan bruges de bagerste hjul

1. Montering af hjul
 - a. Skub hurtigudløserknappen (fig. 7:B) på akslen (fig. 7:A) ind, for at låsekuglerne kan trækkes tilbage. Læg mærke til forskellen mellem den udstrakte og nedtrykte stilling af akseludløserknappen og dens effekt på låsekuglerne i den anden ende af akslen.
 - b. Indsæt akslen i hjulets leje, hvis det er separat.
 - c. Tryk på hurtigudløser knappen igen og skub akslen ind i akselhylstret (Fig. 8:C).
 - d. Giv slip på knappen for at låse akslen i hylstret. Hvis udløserknappen ikke går helt ud, og låsekuglerne ikke bevæger sig ind i den låste position efter at have sluppet knappen, skal aksellængden justeres.
 - e. Hvis hjulet ikke passer, forsøg at montere det på den modsatte side.




Fig. 7

2. Aftagning af hjul
 - a. Hold hjulet tæt på hjulets omdrejningspunkt og tryk på knappen på ydersiden af akslen.
 - b. Mens knappen holdes nede, trække hjulet og akslen ud af akselhylstret.

J. Justering af fodstøtten

Sådan ændres højdejusteringen på din fodstøtte

BEMÆRK: Fodstøttens højde bør afgøres sammen med din kliniker, for at sikre korrekt tilpasning til dine individuelle behov.

1. Løsn den nederes 3 mm skrue, på hver side af rammen (fig. 8:A).
2. Justér røret på fodstøtten op eller ned til den ønskede højde inden for siderammen. Hvis fodstøtten bliver udskiftet glider røret til fodstøtten hele vejen ud, under dette trin (fig. 8:B).
3. Kontrollér at begge sider justeres ens og stram 3 mm skrueerne på hver side til 40 in./lbs for at sikre.




Fig. 8

K. Vinkeljusterbare fodstøtte

Sådan justeres vinklen på den vinkeljusterbare fodplade i af aluminium uden forhøjninger:

1. Løsn de to skruer (fig. 9:A) på oversiden af fodstøtten ved hjælp af en 4 mm unbrakonøgle. Der er forsænkede nylon-låsemøtrikker på undersiden af klemmen. Pas på, at de ikke falder ned, når du løsner skrueerne.
2. Drej fodstøtten til den ønskede vinkel og sikr den ved at stramme de to skruer igen (fig. 9:A).




Fig. 9

Sådan justeres vinklen på den justerbare fodplade i aluminium med forhøjninger:

1. Løsn de to skruer (fig. 10:A) under fodstøtten med en 4 mm unbrakonøgle.
2. Drej fodstøtten til den ønskede vinkel og sikr den ved at stramme de to skruer igen (fig. 10:A).




Fig. 10

L. Fodstøtte med justerbar vinkel, der kan klappes ind under foden

Ændring af placeringen af aluminiums flip-up fodstøtte:

1. Vip fodpladen op.
2. Løsn de to skruer (fig. 11:A) i den justerbare klemme under fodpladen ved hjælp af en 4 mm unbrakonøgle.
3. Drej fodstøtten til den ønskede vinkel og sikr den ved at stramme de to skruer igen (fig. 11:A).




Fig. 11

M. Hybrid vinkel justerbar fodstøtte

Sådan justeres vinklen på den vinkeljusterbare fodstøtte

1. Løsn de to skruer (fig. 12:A) under fodstøtten med en 4 mm unbrakonøgle.

2. Drej fodstøtten til den ønskede vinkel og sikr den ved at stramme de to skruer igen (fig. 12:A).




Fig. 12

N. Hjullåse

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hjul der mangler luft eller er slidte kan forårsage at dine hjullåse ikke fungerer korrekt. Mangelfuld funktion af hjullåse til at holde din stol, kan forårsage tab af kontrol eller fald der resulterer i alvorlig tilskadekomst eller død.



Hjullåse må ikke bruges som bremser til at bremse eller stoppe din kørestol. Brug af en hjullås som bremse kan forårsage tab af kontrol eller et fald, hvilket resulterer i alvorlig personskade eller død.

Sådan justeres dine hjullåse

BEMÆRK: Løsn og stram altid hjulenes hardware ved at skifte mellem de to møtrikker når der løsnnes/strammes lidt af gangen. Dette forhindrer overstramning på hardwaren, som medfører fæstning af stramningerne og gør dem mere besværlige at fjerne.

1. Brug en 5 mm umbrako nøgle til at dreje en af skruerne i klemmen indtil den kører glat (mindre end én omgang). Se fig. 13:A.
2. Gentag trin 1 med den anden skrue så klemmen kan justeres på rammen.
3. Justér klemmen langs rammen så hjullåsen trykker tilstrækkelig på hjulet og forhindrer enhver form for bevægelse af hjulet.
4. Stram skruerne igen.
5. Kontrollér altid den nye position af hjullås på en jævn og flad overflade. Når hjullåsene er slået til, bør hjulet ikke glide eller bevæge sig. Hvis hjullåsene ikke er justeret korrekt skal de justeres igen.




Fig. 13

Betjening af hjullås

1. Betjeningen af hjullås er baseret på det låsesystem din stol er udstyret med. Låsning af hjulets låsestang til dækket gøres ved at skubbe eller trække i hjulets låsehåndtag for at låse låsestangen fuldstændig fast til hjulet.
2. For at koble hjullåsen fra igen, bevæges den i modsat retning.


Betjening af hjullåsforlænger

1. Håndtag til hjullåsforlænger er designet til at glide over det eksisterende hjullåshåndtag for at give bedre adgang til hjullåsen og øge grebet under aktivering og deaktivering.
2. Forlængerhåndtag skal fjernes under forflytning for at sikre, at hjullåsene ikke deaktiveres.

Hjælpemidler til hældninger

Hjælpemidler til hældninger forhindrer kørestolen i at rulle baglæns under kørsel på hældende underlag, f.eks. bakker og ramper.

1. Hjælpemidlet til hældninger aktiveres for at forhindre tilbagerulning ved at trykke ned på enden af håndtaget.
2. Det frakobles ved at trække håndtaget opad.



0. Hjullåse

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Før du tager kørestolen og hjullåsen i brug, skal du altid kontrollere: 1. Begge baghjul og hurtigudløseraksler er korrekt indkoblet; 2. Begge hjullåsestifter sidder helt inde i hjullåsepladen, når hjullåsen er indkoblet; 3. Begge hjullåsestifter trækkes korrekt tilbage fra hjullåsepladen, når hjullåsen er frakoblet. Manglende kontrol af korrekt indkobling og frakobling, kan medføre utilsigtede bevægelser af kørestolen og/eller begrænsninger i kørestolens bevægelighed, hvilket kan føre til beskadigelse af kørestolen eller dens dele, at kørestolen kører fast, immobiliseres eller taber balancen og/eller falder. At kørestolen kører fast, være ude af stand til at bevæge sig eller taber balancen og/eller falder kan medføre alvorlige personskade eller død.



Hjullåse må ikke bruges som bremsere til at sænke farten eller standse kørestolen, når den er i bevægelse. Brug af en hjullås som bremse kan medføre beskadigelse af kørestolen eller dens dele, væltning, taber balancen og/eller falder. Hvis du vælter, taber balancen og/eller falder, kan det medføre alvorlige personskade eller død.



Kørestolen vil ikke stå stille, medmindre hjullåsen er korrekt indkoblet. Hvis du undlader at kontrollere, at bremsen er aktiveret, kan kørestolen komme til at rulle, når den står uden opsyn, hvilket kan medføre beskadigelse af kørestolen eller dens dele og/eller føre til, at kørestolen kører fast. At køre fast kan medføre alvorlige personskade eller død.



Der vil altid være en let bevægelse af kørestolen fremad og bagud, når hjullåsen er indkoblet. Man bør få vejledning af en sundhedsfaglig person i den korrekte teknik til at sætte sig i eller rejse sig fra kørestolen, ved brug af en hjullås. Sørg for, at du kan sætte dig i og rejse dig fra kørestolen på en sikker måde uden hjælp. Vær opmærksom på, at der sandsynligvis vil være et tidspunkt, når du sætter sig i eller rejser sig fra kørestolen, hvor kørestolens sæde ikke er under dig. Hvis du ikke sætter sig i eller rejser sig fra kørestolen korrekt, kan det medføre at du taber balancen og/eller falder. Tab af balancen og/eller et fald kan medføre alvorlig personskade eller død.



Brugeren eller ledsageren skal altid kontrollere, at hjullåsen er korrekt indkoblet, før du sætter sig i eller rejser sig fra kørestolen. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre utilsigtede bevægelser af kørestolen, hvilket kan føre til tab af balancen og/eller et fald. Tab af balancen og/eller et fald kan medføre beskadigelse af kørestolen eller dens dele, alvorlige personskader eller død.



Brugeren eller ledsageren skal altid kontrollere, at hjullåsen er helt frakoblet, inden kørestolen sættes i bevægelse. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre begrænsninger i hjulenes bevægelighed, hvilket kan føre til beskadigelse af kørestolen eller dens dele, personskade, tab af balance og/eller fald. Tab af balancen og/eller et fald kan medføre alvorlig personskade eller død.



Kørestolen må ikke benyttes, hvis der er mistanke om, at hjullåsen utilsigtet er indkoblet. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre pludselige begrænsninger i hjulenes bevægelse under kørsel, hvilket kan føre til skade på kørestolen eller dens dele, tab af balance og/eller fald. Tab af balancen og/eller et fald kan medføre alvorlig personskade eller død.



Kørestolen må ikke benyttes, hvis der er modstand eller utilsigtet begrænsning i hjulenes rotation. Forsøg ikke at frakoble en delvist indkoblet hjullås eller en hjullås, der sidder fast, ved at bruge stor kraft eller ved at vippe stolen. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af

kørestolen eller dens dele, personskade, tab af balance og/eller fald. Tab af balancen og/eller et fald kan medføre alvorlig personskade eller død.



Brugeren eller ledsageren må ikke indkoble hjullåsen, når du befinder dig på en skråning. Hvis kørestolen befinder sig på en skråning, kan hjullåsen sætte sig fast. Ethvert forsøg på at frigøre hjullåsen kan medføre pludselig og ukontrolleret bevægelse, når låsen frigøres, hvilket øger risikoen for væltning, tab af balance og/eller fald. Hvis kørestolen vælter, taber balancen og/eller falder, kan det medføre beskadigelse af kørestolen og dens dele og/eller alvorlig personskade eller død.



Hvis hjullåsen indkobles ved et uheld, mens kørestolen er i bevægelse, kan det pludseligt begrænse hjulets rotation og medføre tab af kontrol, hvilket kan føre til, at kørestolen vælter, at du taber balancen og/eller falder. Hvis kørestolen vælter, taber balancen og/eller falder, kan det medføre beskadigelse af kørestolen og dens dele og/eller alvorlig personskade eller død.

Hjullåse fastgør kørestolen ved at låse hjullåsestifterne fast i de hjullåseplader, der er monteret på baghjulene, hvilket forhindrer hjulet i at dreje. Når hjullåsen er korrekt indkoblet, begrænser den baghjulenes bevægelse og hjælper med at holde kørestolen på plads.

Et betjeningshåndtag styrer begge sider af hjullåsen. Håndtaget kan være placeret på højre eller venstre side af stolens øverste ramme. I nogle tilfælde, hvor der anvendes korte sædedybder og transit-konfiguration, kan betjeningshåndtaget være placeret på den nederste ramme.

Kontroller før hver brug, at hjullåsen kan ind- og frakobles korrekt:

Sådan kontrolleres, at baghjul og hurtigudløseraksler er korrekt indkoblet:

- Se afsnittet "Baghjul" for yderligere instruktioner.

Sådan indkobles hjullåsen, og korrekt indkobling kontrolleres:

1. Træk håndtaget til indkoblet position (fig. 15).




Fig. 15

2. Drej baghjulene let fremad eller bagud med minimal kraft, indtil hjullåsestiften går i indgreb med pladen.
3. Kontroller visuelt, at hjullåsestiften sidder helt fast i hjullåsepladen (fig. 16:A).




Fig. 16

Sådan frakobles hjullåsen, og korrekt frakobling kontrolleres:

1. Sæt håndtaget i frakoblet position (fig. 15).
2. Kontroller visuelt, at hjullåsestifterne er trukket helt tilbage fra hjullåsepladen (fig. 17:A).




Fig. 17

Sådan justeres betjeningshåndtagets placering langs rammen (flytning af betjeningshåndtaget til et andet rør må kun udføres af en tekniker inden for hjælpemidler eller en kompetent klinisk eller teknisk fagperson):

1. Løsn gevindskruen med en 2,5 mm unbrakonøgle.
2. Brug to 3 mm unbrakonøgler til at dreje skruen i klemmen, indtil den drejer let.
3. Juster klemmen langs rammen, indtil aktuatoren befinder sig i den ønskede position.
4. Kontroller før tilspænding, at indkoblingsgrebet kan indkobles og frakobles uden problemer.
5. Spænd skruerne fast igen ved hjælp af to 3 mm unbrakonøgler.
6. Spænd gevindskruen igen med en 2,5 mm unbrakonøgle.
7. Kontroller, at kablerne ikke kommer i vejen for baghjulene eller andre bevægelige dele, og at de er fastgjort til rammen.
8. Kontroller altid placeringen af et nyt betjeningshåndtag inden brug.

P. Tipsinkring

⚠️ ADVARSEL ⚠️

ADVARSEL: Bevar altid tipsinkring i nedadposition når de ikke er i fare for interferens. Få en klinisk- eller teknisk professionel til at bekræfte at dine tipsinkring er installeret i den korrekte position. Dette gøres ved at tippe kørestol, med bruger i, bagover på tipsinkring for at teste at de begrænser den baglæns rotation af din kørestol tilstrækkelig. Hvis tipsinkring gør det muligt for din kørestol at tippe til det punkt hvor dit tyngdepunkt (COG - center of gravity) er vertikalt på linje med det punkt hvor hjulet har kontakt med jorden, er kørestolen ustabil, og det kan resultere i at kørestolen vælter. Det kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død, hvis der tippes.



Nye og erfarne kørestolsbrugere der skifter til en ny kørestol eller justerer konfigurationen på en kørestol, bør altid bruge tipsinkring. Hvis brugeren har en ændring i fysiske evner, bør de også anvende tipsinkring. Enhver ændring af brugerens fysiske evner eller på selve kørestolen, øger risikoen for at vælte bagover. Det kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død, hvis



der tippes bagover. Du bør altid bruge tipsinkring indtil du har vænnet dig til den nye eller ændret kørestol.

Fjern eller drej tipsinkring op når du bevæger dig op eller ned af hældninger, forhindringer og trin. Hvis tipsinkring efterlades i nedadpositionen når der er bevægelse på eller ned af hældninger, forhindringer og trin, kan de blive bøjet eller gå i stykker. Hvis tipsinkring er bøjedet eller ødelagt, forhindrer de ikke længere kørestolen i at vælte bagover. Det kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død, hvis der tippes bagover.



Brug af din kørestol på bløde overflader (inklusive, men ikke begrænset til sand, løs jord, græs og grus), ujævne stigninger og ramper kan resultere i at tipsinkring mister effekt, som resulterer i at kørestolen vælter bagover. Det kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død, hvis der tippes bagover.



Ki Mobility anbefaler at bruge to tipsinkring på din kørestol. Brug af en tipsinkring alene øger risikoen for at vælte bagover. Det kan resultere i skade på din kørestol, alvorlig tilskadekomst eller død, hvis der tippes bagover.

Ki Mobility anbefaler at bruge tipsinkring med din kørestol. Tipsinkring forhindrer din kørestol i at vælte bagover. Når justeret korrekt, giver tipsinkring en signifikant øgning af stabilitet bagtil. Brugen af tipsinkring garanterer ikke at din kørestol ikke vælter. Husk altid at sætte tipsinkring på igen eller dreje dem nedad igen, efter de har været fjernet eller vendt opad.



Fig. 18

Sådan installeres standard tipsinkring (Fig. 19)

1. Tryk på udløserstiften bagtil (fig. 19:A) på tipsinkring røret, så begge udløserstifter trækkes ind.

2. Indsæt tipsinkring røret i modtageren der er monteret på camper-røret.
3. Drej tipsinkring røret ned indtil udløserstiften er positioneret gennem monteringshullet.
4. Sæt det andet tipsinkring rør i på samme måde.




Fig. 19

Sådan justeres højden på hjulforlængelsen (Fig. 20)

1. Tryk på udløsningsstiften på tipsinkring hjulet så udløsningsstiften (fig. 20:B) trækkes ind.
2. Hæv eller sænk tipsinkring til et af de for-borede huller.
3. Frigiv stiften.
4. Justér det andet tipsinkring hjulrør på samme måde. Begge hjul bør være i præcis samme højde.




Fig. 20

Sådan drejes tipsinkring rørene op (Fig. 21)

1. Tryk på den bagerste tipsinkring frigivelsesstift på røret (fig. 21:A).
2. Hold stiften inde og drej anti-tip røret op.

3. Frigiv stiften.
4. Gentag med det andet tipsinkring rør.
5. Sæt tipsinkring rørene tilbage i nedadrettet position efter manøvreren er overstået.




Fig. 21

Sådan justeres længden af de brugeraktiverede tipsinkring (Fig. 22)

1. Tryk på tipsinkring hjulfrigivelsesstiften så frigivelsesstiften trækkes ind (Fig. 22:A).
2. Hæv eller sænk tipsinkring til et af de for-borede huller.
3. Frigiv stiften.
4. Justér det andet tipsinkring hjulrør på samme måde. Begge hjul bør være i præcis samme højde.





Fig. 22


Sådan tages de brugeraktiveret tipsinkring i brug og i opadrettet placering (Fig. 23)

1. Tag fat i det gummibelagte greb og træk ned, så tipsinkring frigøres fra åbningen i modtageren
2. Drej til den ønskede placering. Tipsinkring skal forblive på plads, når det gummibelagte greb er sluppet.
3. Justér det andet tipsinkring hjulrør på samme måde. Begge hjul bør være i præcis samme højde.



Sådan sættes de brugeraktiverede tipsinkring i stuvstilling (Fig. 24)

1. Løft kørestolen så de bagerste hjul er fri fra jorden.
2. Tag fat i det gummibelagte greb og træk ned, så tipsinkring frigøres fra åbningen i modtageren.
3. Drej under kørestolen ind til overflytningsplaceringen. Tipsinkring skal forblive på plads, når det gummibelagte greb er sluppet.
4. Justér det andet tipsinkring hjulrør på samme måde. Begge hjul bør være i præcis samme højde.



Q. Polstringsstof

! ADVARSEL !

ADVARSEL: Du skal udskifte sædet og rygpolstringen omgående hvis den er slidt og viser tegn på svigt. Hvis dette er mangelfuldt, kan sædet eller ryggen svigte, som kan forårsage et fald, der forårsager alvorlig tilskadekomst eller død.

Sædets slyngemateriale svækkes med tiden. Gentagne overflytninger til din kørestol svækker dit slyngemateriale hurtigere. Kontrollér dit polster for flosser, tynde områder eller udstrækninger af stoffet, specielt på kanter og syninger. Dette bør gøres månedligt. Vær ligeledes opmærksom på at vask eller overskydende fugt reducerer flammehæmmingen på stoffet. Se afsnittet om vedligeholdelse og pleje for korrekt rengøring og vedligeholdelses oplysninger. Kontakt din autoriserede leverandør hvis du har problemer med dit sæde eller ryglæn, eller føler det trænger til at blive udskiftet.

R. Polstring af sæde

! ADVARSEL !

ADVARSEL: Du skal udskifte sædet og rygpolstringen omgående hvis den er slidt og viser tegn på svigt. Hvis dette er mangelfuldt, kan sædet eller ryggen svigte, som kan forårsage et fald, der forårsager alvorlig tilskadekomst eller død.

Sådan justeres spændingen i postringen af sædet

1. Ræk ned under sædepolstringen for at finde den spændingsjusterbare krog og løkke. Den kan findes under den højre side af sædets polstring.
2. Løsn Phillips hovedskruer (Fig. 25,26) på den samme side af sædepolstringen som den spændingsjusterbare flap.
3. Adskil kroge fra løkker på den spændingsjusterbare flap ved at trække den fra hinanden.
4. For at stramme sædets polstring, træk den spændingsjusterbare flap mod den modsatte side af stolen. For at løsne sædets polstring, påfør tryk fra den øverste del af sædets polstring mod jorden.
5. Når sædeindtrækket har nået det ønskede spændingsniveau, trykkes kroge og løkker sammen igen.
6. Stram Phillips-skruerne igen (Fig. 25,26).




Fig. 25




Fig. 26

Sådan udskiftes sædets polstring

1. Fjern 5 mm Phillips-skruerne (fig. 25,26) fra sædets skinner på hver side af rammen og læg dem til side.
2. Fjern sædets polstring fra sædets skinner.
3. Glid den nye sædepolstring på sædets skinner.
4. Juster hullerne i sædeskinne med gevindindsatserne i rammen.
5. Udskift 5 mm Phillips-skruerne (fig. 25,26) med gevindet delvist i deres placering. Når alle skruer er sat i, strammes og sikres de.

S. Rygstøtte

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Du skal udskifte sædet og rygpulstringen omgående hvis den er slidt og viser tegn på svigt. Hvis dette er mangelfuldt, kan sædet eller ryggen svigte, som kan forårsage et fald, der forårsager alvorlig tilskadekomst eller død.



Brug eller betjen ikke stolen når rygstøtten ikke er fastlåst. Dette kan medføre fald, som kan forårsage alvorlig tilskadekomst eller død.

Sådan anvendes den sammenklappelige rygstøtte

1. Træk i frigivelseskablet (fig. 27:A), placeret bag rygstøtten, udad for at frigøre

låsen og folde nedad mod sæderammen (fig. 27). For at låse tilbage på plads skal du trække udløserkablet udad, og bagsiden vil frigøres og kan skubbes tilbage i oprejst position. Rygstøtten låser automatisk fast på siderammen.

2. Sørg for der et godt fastgreb med låsene ved at trække ryglænsrammen tilbage til oprejst position.





Fig. 27

Sådan bruges den aflappet position (Fig. 28)

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Fjern din vægt fra ryglænet, når du aktiverer afslapningspositionen. Undladelse af at gøre det kan resultere i et væltning. Et væltning eller et fald kan resultere i skader på din stol, alvorlig skade eller død.



Afslapningsstillingen påvirker stolens stabilitet og øger din risiko for at vælte over. En væltning kan resultere i beskadigelse af din stol, alvorlig personskade eller død.

Rygstøtten åbner til en udvidet position som angives som »afslappet position« som har to indstillinger, 4 og 9 grader.

1. Læn let fremover for at tage vægten af låsestifterne og træk herefter frigivelseskablet op (fig. 28:A) and læn tilbage i den afslappet position.

2. Genindkobl ryggen ved at trække din bagerste rør frem indtil ryggen låser med et klik.




Fig. 28

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Løft ikke kørestolen i udløserstangen (fig. 27:A, 28:A). Hvis kørestolen løftes i udløserstangen, kan det forårsage at dele falder af og medføre et fald der forårsager alvorlig tilskadekomst eller død.

⚠ Brug eller betjen ikke stolen når rygstøtten ikke er fastlåst. Dette kan medføre fald, som kan forårsage alvorlig tilskadekomst eller død.

T. Holder til stok og krykker

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Fjern altid alle løse emner der sidder på kørestolen mens i et motorkøretøj. Ved at efterlade dem på kørestolen, fremfor at opbevare dem sikker og separat i et motorkøretøj, kan resultere i at objekterne bliver farlige projektiler i tilfælde af en pludselig ændring i hastighed eller retning. Ligeledes skal stokke eller krykker sikres korrekt mens du sidder i kørestolen. Disse emner kan blive viklet ind i kørestolen og resultere i et fald eller at kørestolen vælter. Et fald eller væltning af kørestolen kan resultere i skade på din stol eller alvorlig tilskadekomst eller død.

Sådan anvendes holderen til stok eller krykker

1. Placer den smalle ende af stokken eller krykken i bunden af holderen (fig. 29:A).
2. Brug både krog og løkke til fastgøring (fig. 29:B) for at sikre stok eller krykker til

den øverste del af stokken. Kontrollér at stokken eller krykkerne forbliver sikret, både vand- og lodret, når kørestolen er i bevægelse.




Fig. 29

U. Trinrør

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Sørg for, at brugeren sidder sikkert i stolen, inden du træder op på trinrøret. En person, der ikke sidder sikkert, når trinrøret benyttes, kan falde ned og komme alvorligt til skade eller dø.

BEMÆRK: Akselpladen er afgørende for, hvilke træderørsbeslag der skal anvendes. Anordningen til fastgørelse af træderøret på beslaget er det samme. Billedet nedenfor vises beslaget afmonteret fra akselpladen for kun at vise hullerne til montering af træderøret.

Sådan installeres træderøret (Fig. 30)

1. Skru trinrørsmodtageren fast i den udvendige klemme med en 4 mm unbrakonøgle (fig. 30:A)
2. Fastgør klemmen til det nederste rammerør på den side, brugeren ønsker, ved hjælp af en 5 mm unbrakonøgle (fig. 30:B).

3. Skub trinnrøret ind i trinnrørsmottageren, og fastgør det i den ønskede højde med skruen, skiven og møtrikken ved hjælp af en 4 mm unbrakonøgle og en 10 mm skruenøgle (fig. 30:C/D).




Fig. 30

V. Kontaktoverflader

! ADVARSEL !

ADVARSEL: Håndtering af kørestolens overflade under forhøjede temperaturer kan resultere i en potentiel farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan forårsage tilskadestkomst.



Udsæt ikke stolen og komponenter for ekstrem kulde. Ekstrem kolde metaloverflader kan resultere i at huden fryser fast på overfalden og medfører skade på huden.

Vær opmærksom på forlæget eksponering til direkte sollys eller andre kilder af varmestraler, som kan øge temperaturen på din kørestols overfalden, til højere end de anbefalede grænser, efter standarderne. Plejere bør vurdere patienter for bivirkninger på huden fra kontaktoverflader, såsom rødme, hævelse, irritations sensibilisering, allergi, immunrespons eller andre reaktioner.

VEDLIGEHOVELDELSE OG PLEJE

A. Vedligeholdelsestabel

Jævnlig og rutine vedligeholdelse forlænger din kørestols levetid og forbedrer dens præstation. Kørestolsreparationer, udskiftning af dele og alle vedligeholdelsestjek, som du ikke er tryk ved selv at udføre, bør udføres af en autoriseret leverandør. Brug kun dele der er godkendt af Ki Mobility når der er dele der skal udskiftes. Kontakt din autoriserede servicerepræsentant (find forhandler funktionen kan findes på Ki Mobilitys websted) for oplysninger om dele, identifikation, bestilling og yderligere tekniske oplysninger eller instruktioner. De fleste komponenter er vist under »Ki Parts« på Ki Mobilitys websted.

Almindelige værktøjer til udførelse af autoriseret vedligeholdelse inkluderer: Dæktryksmåler, metriske skruenøgler med åben ende og metriske umbrakonøgler.

! ADVARSEL !

ADVARSEL: Manglende vedligeholdelse kan resultere i uønskede hændelser, herunder tab af støtte eller kontrol, hvilket kan resultere i alvorlig personskade eller død.




Hvis der er nogen som helst tvivl om den fortsatte sikre brug af kørestolen, eller hvis en eller flere dele svigter eller synes at være tæt på at svigte, skal brug af enheden omgående ophøre og du skal kontakte den autoriserede repræsentant.

! FORSIGTIG !

FORSIGTIG: Anvend ikke petroleum baseret opløsningsmidler, affedtningsmidler eller afvandede midler (inklusive, men ikke begrænset til rengøringsmidler til biler, alkohol eller WD-40). Beskadigelse af komponenter, leje eller finish kan forekomme.

Kontroller	Afbryd brug og kontakt autoriseret leverandør	Ugentlig	Månedligt	Årligt
Kontrollér dæktryk niveauer og pump op hvis nødvendigt. De korrekte dæktryk niveauer findes på dækket.		X		
Kontrollér hjulets låsnings- og oplåsningsfunktion. Dæktryk ændres og slid på dækkene kræver at hjullåsene skal justeres. Vejledning i justerings af hjullåse kan findes i afsnittet om hjullåse i denne manual.		X		
Kontrollér aksel hylstrene for at sikre at møtrikkerne i aksel hylstrene er stramme.		X		
Kontrollér at hurtigudløsningsakslerne låser og oplåser korrekt.		X		
Kontrollér at hjulenes styrebolte, anti-tip hjul og bagerste hjul drejer frit. Rengøring eller udskiftning af dele kan være nødvendig hvis der er problemer.		X		
Rengør området omkring hjulhuset og lejre. Dette er et normalt område for ophobning af hår.		X		
Rengør din kørestol. Se vejledningen i afsnittet om rengøring i denne manual.		X		
Kontrollér de bagerste hjul, anti-tip hjulene og hjulhusene for slidområder eller skade.		X		
Kontrollér de bagerste hjul, anti-tip hjulene og hjulhusene for slidområder eller skade. Udskift omgående hvis nød-vendigt.	X	X		
Kontrollér drivringene for at sikre at de er sikre og ikke beskadiget.		X		
Kontrollér at håndtagene ikke drejer eller kan trækkes af. Udskift hvis nødvendigt.		X		
Kontrollér armstøtte indsatserne for løse eller manglende skruer og kontrollér at de er sikret, justeret korrekt og forbliver i deres position.		X		
Kontrollér at tipsinkring er i niveau og funktionsdygtige.		X		
Kontrollér rammerne og tipsinkring for deformiteter, fejl, revner, buler eller bøjede steder. Disse kan være et tegn på at kørestolen er slidt og kan resultere i fejl. Stop med at bruge kørestolen med det samme og kontakt en autoriseret leverandør.			X	
Kontrollér polster for tegn på slitage, flosser eller huller. Udskift polstringen omgående hvis nødvendig.	X		X	
Kontrollér armpuder, puder og rygstøtte for rifter eller flænger.			X	
Efterse hjulene for løse, ødelagte og bøjede eger, både fysisk og visuelt. Disse tegn kan være tegn på forkert egespænding.			X	
Kontrollér at alle spændingsanordninger er strammet. Medmindre andet er angivet, skal spændingsanordninger strammes til 40 in/lbs (4,51 N*m).	X		X	
Kontrollér at kørestolen ruller nemt og lige.			X	
Bekræft, at hjulet er lige ved visuelt at kontrollere det, mens det drejer. Se efter enhver form for usædvanlig bevægelse, herunder, men ikke begrænset til, slinger, hoppen og uregelmæssige bevægelser. Hvis der er mistanke om, at hjulene ikke er lige, skal du kontakte den autoriserede forhandler eller en lokal cykelhandler.	X			X
Få kørestolen kontrolleret og justeret af en kvalificeret tekniker, hos din autoriserede leverandør.				X

Tabel til trykkonvertering



B. Rengøring



FORSIGTIG: Vask af polstrede dele der indeholder flammehæmmere, som indikeres på postrets mærkning, kan reducere flammehæmmernes effekt over tid. Dette kan øge risikoen for antænding når udsat for åben ild eller andre antændingskilder, som kan øge risikoen for skade.

Aksler, hjul, dæk og bevægelige dele:

1. Rengør omkring akslerne og hjulene ugentligt, men en fugtig klud.
2. Hår og fnug kan opsamles i og omkring hjulhuset og de bagereste hjulaksler. Fjern med en stiv børste eller tang. Vær forsigtig så tætningerne ikke beskadiges.

Malede overflader

1. Vask i hånden med en klud og mild rengøringsmiddel.
2. Tør med en ren klud eller lad kørestolen lufttørre.
3. Ikke-slibende voks kan anvendes til at hjælpe med at bevare malede overflader.

Polster

1. Vask i hånden med en klud og mild rengøringsmiddel.
2. Tillad polster at lufttørre. MÅ IKKE tørretubles.

Plastikdele

1. Vask i hånden med en klud og mild rengøringsmiddel.
2. Brug ikke opløsningsmidler eller skrappe rengøringsmidler, da de kan beskadige plastikdelene.

Desinfektion

1. Desinficer overflader med desinfektion der købes i håndkøb, med minimum 70% alcohol indhold, eller renseservietter. Læg det ikke i blød eller overflod af rengøringsmidler.
2. Lad desinfektionsmidlet virke på overfladen i mindst 15 minutter og fjern med en antiseptisk klud.

C. Opbevaring

1. Når din kørestol ikke er i brug, opbevares den i et tørt og rent område. Mangel herpå kan resultere i at din stol rustet og/eller korroderer.
2. Hvis din stol har været opbevaret i mere end to måneder bør den serviceres og inspiceres af en autoriseret leverandør, før brug.

D. Bortskaffelse

Særlige regler for bortskaffelse af affald eller genbrug kan være gældende lokalt, og bør tages i betragtning når der arrangeres bortskaffelse. Dette kan inkludere rengøring eller dekontaminering af kørestolen, før bortskaffelse.

Hvis genbrug af materialer er et krav, se venligst følgende lister over almindelige materialer der anvendes i kørestolens dele:

- Aluminium - ramme, hjulgaffel, leje, samling af camber-rør, monteringsplader til rygstøtte, ramme til rygstøtte, frigivelsesstange til rygstøtte, skubbehåndtag, rør til fodstøtte, fodplade, sædeskiner, hånd- og hjulfælg.
- Stål - Låsemekanismer, QR-aksler, hjulstammer, frigivelseslås til rygstøtte, hjuleger, leje og akselhylster.
- Plastik - bagerste hjul, dæk, greb på skubbehåndtag, puder på armstøtte og rørpropper.
- Polster - vævet polyester og polyurethan skum.

Hvis genbrugsmaterialer er ønsket eller et krav, såsom i henhold til direktiv 2012/19/EU, WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) i Europa, lever både REAC og Mascot op til WEEE og leverer vejledning i genbrug og bortskaffelse. Korrekt demontering er nødvendig for

PROBLEMLØSNING

A. Symptomer og løsninger

For optimal præstation skal din kørestol justeres lejlighedsvis. Følgende er en liste over potentielle symptomer du kan opleve under din kørestols levetid, og de foreslåede løsninger for hvert symptom. For at opnå det bedste resultat for problemløsningen, forsøg da med en løsning af gangen, før der fortsættes til den næste. Hvis symptomerne ikke bliver løst eller du ikke er tryk ved at udføre løsningen, anbefales det at tage kørestolen til et autoriseret servicecenter til reparation.

Løsninger:

- Korriger selv hvis muligt eller kontakt en autoriseret distributør
- Kontakt en autoriseret leverandør eller distributør

		Symptomer						
		Stolen trækker til én side	Løshed i stolen	Besvær med at dreje	Hjulet flyder	Hjulet flagrer	Knirken, klikken eller raslen	Slingrende
A	Kontrollér at alle dæktryk er korrekte og ens.	X				X		
A	Kontrollér at alle fæstninger er strammet korrekt, stram hvis nødvendigt.	X		X	X			
B	Stram eger (hvis tilstede).	X	X			X		
A	Kontrollér at hjulene har kontakt med jorden og der ikke er afstand.						X	
B	Optimér CG indstillingen.							X
A	Kontrollér for interferens mellem baghjul og de forreste hjul.	X						
A	Smør med teflonbaseret smørelse mellem ramme forbindelserne og samlede dele i mistænkelige områder.	X	X					
A	Fjern hjul/snavs på leje.							

GARANTI

Ki Mobility giver livstidsgaranti til den originale køber, på rammen og hurtigudløsningsakslerne på denne kørestol, mod defekte materialer og håndværk. Alle andre Ki Mobility producerede

dele og komponenter på denne kørestol har garanti på defekte materialer og håndværk, i 1 år fra købsdatoen af den første bruger.

Forventet levetid på rammen er 5 år.

Begrænsning af garantien

- Vi stiller ikke garanti mod:
 - Sliddele: Polstring, dæk, puder på armstøtte, armsøtte og håndtag på skubhåndtag.
 - Skader forårsaget af forsømmelse, misbrug eller fra forkert montering eller reparation.
 - Skade forårsaget af overskredet vægtbegrænsning.
- Gyldigheden af denne garanti OPHØRER hvis mærkningen med den originale kørestols serienummer fjernes eller ændres.
- Gyldigheden af denne garanti OPHØRER hvis den originale stol er ændret fra dens originale tilstand og det afgøres at ændringen har forårsaget fejlen.
- Denne garanti er kun gældende for Nordamerika. Kontakt din leverandør for at finde ud af om internationale garantier er gældende.

Ki Mobilitys ansvar

Ki Mobilitys eneste ansvar er, efter vores skøn, at erstatte eller reparere de dele der er dækket. Der er ikke andre retsmidler, udtrykte eller underforståede.

Din ansvar

- Underret Ki Mobility, gennem en autoriseret leverandør, før udløb af garantiperioden og få en returneringsautorisation (RA), for returnering eller reparation af dele der er dækket.
- Få leverandøren til at sende den autoriseret returnering, fragt forudbetalt, til:

Ki Mobility, LLC
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481

- Betal for eventuel arbejdskraft til at reparere eller installere dele.

SPECIFIKATIONSARK

Producent: Ki Mobility, LLC	Maksimal occupant mass: 136 kg (300 lbs)
Adresse: 5201 Woodward Dr., Stevens Point, WI 54481	Occupant mass gruppe (I, II or III): III
Model: Rogue DT	

Offentliggørelse af oplysninger (ISO)

Standard reference	Mål	Fastsat eller minimum sværdi	Maksimal værdi, hvis relevant	Standard reference	Mål	Dimensioner Nr.	Fastsat eller minimum sværdi	Maksimal værdi, hvis relevant
ISO 7176-5 8.2	Samlet længde med benstøtte (Std eller SRC)	838 mm 33 in	- mm - in	ISO 7176-1 11	Forhindrede anti-tip enheden kørestolen i at vælte?			Ja
ISO 7176-5 8.2	Samlet længde med benstøtte (MDC/MAC)	N/A mm N/A in	- mm - in	ISO 7176-3 7.2	Maksimal hældning op/ned	Ikke relevant	20.1°	- °
ISO 7176-5 8.3	Samlet bredde	673 mm 26.50 in	- mm - in	ISO 7176-3 6b	Bremse driftskraft	Ikke relevant	53 N 12.00 lb	- N - lb
ISO 7176-5 8.4	Højde på håndtag (SRC/MDC)	1029 mm 42.00 in	- mm - in	ISO 7176-30 5.10	Stang drivkraft (tippe/ligge)	Ikke relevant	N/A N N/A lb	- N - lb
ISO 7176-5 8.5	Længde foldet (SRC/MDC)	812 mm 32 in	- mm - in	ISO 7176-30 8	Tilbagelænet justeringskraft	Ikke relevant	N/A N N/A lb	- N - lb
ISO 7176-5 8.6	Bredde sammenfoldet (SRC/MDC)	673 mm 26.5 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.2	Sæde flad vinkel	(1)	3.8°	- °
ISO 7176-5 8.7	Højde sammenfoldet (SRC/MDC)	660 mm 26.00 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.3	Effektiv sædedybde	(2)	432 mm 17.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.8	Stigende	25 mm 1 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.5	Effektiv sædebredde	(4)	508 mm 20.0 in	- mm - in

Offentliggørelse af oplysninger (ISO)

Standard reference	Mål	Fastsat eller minimum sværdi	Maksimal værdi, hvis relevant	Standard reference	Mål	Dimensioner Nr.	Fastsat eller minimum sværdi	Maksimal værdi, hvis relevant
ISO 7176-5 8.9	Masse i alt	13.6 kg 30lb	- kg - lb	ISO 7176-7 7.3.6	Højde på sædeoverflade foran	(5)	508 mm 20.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.10	Den tungeste dels masse	8.8 kg 19.5 lb	- kg - lb	ISO 7176-7 7.3.7	Vinkel på rygstøtte	(6)	10°	- °
ISO 7176-5 8.13	Drejeradius (SRC/MDC)	660 mm 26 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.8	Højde på rygstøtte	(7)	508 mm 20.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.15	Påkrævet bredde på vinklet korridor (SRC/MDC)	787 mm 31 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.12	Afstand fra fodstøtte til sæde	(11)	432 mm 17.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.16	Påkrævet dybde til døråbning (SRC/MDC)	922 mm 36 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.16	Vinkel fra ben til sædeoverflade	(15)	110°	- °
ISO 7176-5 8.17	Påkrævet bredde for korridor til sideåbning (SRC/MDC)	800 mm 31.5 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.17	Afstand mellem armstøtte og sæde	(16)	254 mm 10.0 in	- mm - in
ISO 7176-1 8	Statisk stabilitet ned af bakke	20°	20.1°	ISO 7176-7 7.3.18	Afstand mellem forreste armstøtte til rygstøtte	(17)	356 mm 14.0 in	- mm - in
ISO 7176-1 9	Statisk stabilitet op af bakke	6.5°	18.1°	ISO 7176-7 7.3.23	Forreste placering af armstøttestruktur	(22)	432 mm 17.0 in	- mm - in
ISO 7176-1 10	Statisk stabilitet sidevejs	11.7	17°	ISO 7176-7 7.3.24	Diameter på fælg	(23)	508 mm 20.0 in	- mm - in
ISO 7176-1 11	Statisk stabilitet med anti-tips	4.3°	14°	ISO 7176-7 7.3.26	Vandret lokalisation af aksel	(25)	76 mm 3.0 in	- mm - in

Denne kørestol lever op til følgende standarder:	Ja	Nej	Ikke relevant
a. krav og testmetoder for statisk, indvirknings- og træthedstyrker (ISO 7176-8 og ISO 7176-30 som relevant)	X		
b. Krav til resistance mod antændelse i henhold til ISO 7176-16	X		

Se afsnittet om generelle advarsler for yderligere oplysninger om antændelighed.



+1 715-254-0991
Ki Mobility, LLC
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A.



Autoriserede EU-repræsentant:



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp
Sweden



www.kimobility.com

