AXIOM | G | S | P

BEDIENUNGSANLEITUNG UND GEWÄHRLEISTUNG

Additional User Instruction Languages

2026-04-03

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf eines Axiom Produkt!

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Verwenden Sie diesen nicht, ohne vorher das gesamte Handbuch gelesen zu haben. Eine Verwendung ohne vorherige vollständige Lektüre dieses Handbuchs kann zu ernsthaften Verletzungen des Benutzers und/oder des Betreuers führen.

Ki Mobility empfiehlt vor der Verwendung eine Schulung in der sicheren Verwendung dieses Stuhls durch eine Fachperson für assistierende Technologie (Assistive Technology Professional, ATP) oder eine andere kompetente klinische oder technische Fachperson.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu irgendeinem Aspekt dieses Produkt, dieses Handbuchs oder der angebotenen Dienstleistung haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren autorisierten Lieferanten, einen autorisierten Vertreter oder an Ki Mobility zu wenden. Ki Mobility ist erreichbar unter:

(1)715-254-0991
Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
USA
www.kimobility.com
(Enthält eine Händlersuche und Zugang zu gedrucktenInformationen)
Oder über unseren autorisierten EU-Vertreter:
EC REP Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Sweden

INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG 1
INHALTSVERZEICHNIS 1
AXIOM-G, AXIOM-S UND AXIOM-P 1
Kissenmerkmale 1
Vorgesehene Verwendung 2
Ihre Sicherheit 2
Signalwörter 2
Symbolglossar 2
Untersuchen Sie Ihre Haut täglich .. 3
Allgemeine Warnhinweise 3
Ihr Kissen schützen 4
Hindernisse 4
Ausrichtung des Bezugs 4
EINRICHTEN, ANPASSEN UND PFLEGE 4
Anpassen Ihres Kissens und Rollstuhls 4
Wartung 5
Reinigung 6
Wiederzusammenbau Ihres Axiom Back nach der Reinigung 7
KI MOBILITY BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG 7
Für 24 Monate 7
Für 6 Monate 7
Beschränkungen 8
Was wir tun werden 8
Was Sie tun müssen 8
Hinweis für Verbraucher 8

AXIOM-G, AXIOM-S UND AXIOM-P

WICHTIGE VERBRAUCHERINFORMATIONEN

HINWEIS: Dieses Handbuch enthält Anleitungen für die Verwendung der Ki-Mobility-Schaumstoffkissen Axiom-G, Axiom-S und Axiom-P. Diese Informationen müssen dem Verbraucher dieses Produkts zur Verfügung gestellt werden. Entfernen Sie dieses Handbuch nicht vor der Auslieferung an den Verbraucher dieses Produkts.

Lieferant: Dieses Handbuch muss dem Verbraucher dieses Produkts zur Verfügung gestellt werden.

Verbraucher: Lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch vor der Verwendung dieses Produkts und bewahren Sie es zur zukünftigen Referenz auf.

HINWEIS: Überprüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Im Falle einer Beschädigung NICHT verwenden. Kontaktieren Sie den Lieferanten oder Ki Mobility für weitere Anleitungen.

A. Kissenmerkmale

1. Schaumstoff-Kissen	2. Bezug mit 4-Wege-Stretch
3. Vorderer Handgriff	4. Wasserfester Reißverschluss und Reißverschlusszug

MAXIMALES GEWICHT DES BENUTZERS: 158 Kilo (350 lb.)

B. Vorgesehene Verwendung

Axiom Sitzkissen sind dazu bestimmt, Haltungsunterstützung zu bieten, den Druck zu verteilen und die Sitzverträglichkeit zu verbessern.

C. Ihre Sicherheit

Alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse oder Verletzungen im Zusammenhang mit der Benutzung Ihres Produkts oder dessen Zubehör müssen sofort gemeldet werden, wenn der Vorfall direkt oder indirekt zu einer schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung oder zum Tod des Benutzers oder einer anderen Person führt. Melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle und/oder Verletzungen an Ki Mobility und, falls durch örtliche Vorschriften vorgeschrieben, der zuständigen Gesundheitsbehörde, bei welcher der Benutzer und/oder eine andere Person ihren rechtmäßigen Wohnsitz hat.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, ohne vorher das gesamte Handbuch gelesen zu haben. VOR dem Gebrauch sollten Sie im sicheren Umgang mit diesem Produkt von einer Fachperson für assistierende Technologie (Assistive Technology Professional, ATP) oder eine andere kompetente klinische oder technische Fachperson geschult werden. Ki Mobility stellt viele verschiedene Produkte her, die Ihren Ansprüchen gerecht werden. Die anerkannte beste Praxis für die Auswahl eines Produkts besteht darin, sich mit einer Fachkraft für assistierende Technologie oder einer anderen kompetenten technischen Fachkraft und einer erfahrenen klinischen Fachkraft wie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder Arzt zu beraten. Die endgültige Auswahl des Produkttyps, der Optionen und Einstellungen liegt allein bei Ihnen und Ihrem technischen und klinischen Fachpersonal. Die von Ihnen gewählten Optionen sowie der Aufbau und die Einstellung des Produkts haben einen direkten Einfluss auf seine Leistung, Stabilität und seine Fähigkeit, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

D. Signalwörter

In diesem Handbuch finden Sie sogenannte „Signal“-Wörter. Durch diese Wörter wird das Ausmaß verschiedener Gefahren identifiziert und vermittelt. Bevor Sie diesen Rollstuhl benutzen, sollten Sie und alle Personen, die Sie gegebenenfalls unterstützen, dieses Handbuch komplett lesen. Bitte achten Sie auf das Signalwort und beachten Sie alle Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen oder Warnungen. Halten Sie sich unbedingt an alle Anleitungen und benutzen Sie Ihren Rollstuhl sicher. Die Signalwörter weisen auf eine Gefahr oder unsichere Verwendungsweise hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Ihnen oder anderen Personen führen kann. Die „Warnungen“ gliedern sich in folgende drei Hauptkategorien:

HINWEIS: Hinweis kennzeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu einem Leistungsabfall des Stuhls oder zu Schäden an Ihrem Rollstuhl führen könnte.

⚠VORSICHT⚠

VORSICHT: Vorsicht kennzeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden an Ihrem Rollstuhl oder Verletzungen bei Ihnen führen könnte.

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Warnung kennzeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Diese Signalwörter werden im gesamten Handbuch verwendet, um gegebenenfalls auf Gefahrensituationen hinzuweisen. Siehe Abschnitt F. für gefährliche Situationen, die für den allgemeinen Gebrauch dieses Produkts gelten.

E. Symbolglossar

Symbolglossar

SYMBOL	DEFINITION
	Gibt den Hersteller des medizinischen Geräts an.
	Herstellungsdatum (YEAR/MM/DD).
	Zeigt an, dass der Benutzer aus Sicherheitsgründen eine Anweisung, wie z. B. einen Vorsichts- oder Warnhinweis, beachten muss. Wenn es auf dem Medizinprodukt oder der Verpackung vorhanden ist, weist es darauf hin, dass der Anwender aus Sicherheitsgründen diese Anweisungen, wie z. B. Vorsichts- und Warnhinweise, beachten muss.
	Zeigt an, dass der Artikel ein medizinisches Gerät ist.
	Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes medizinisches Gerät identifiziert werden kann.
	Gibt den autorisierten Vertreter in der Europäischen Gemein-schaft an.

Symbolglossar

SYMBOL	DEFINITION
CE	Kennzeichnet die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien erfüllt.
	Weist darauf hin, dass der Benutzer die Anweisungen zu Rate ziehen muss.
www.kimobility.com	Weist darauf hin, dass der Benutzer die angeführte Website für Anweisungen zur Verwendung in einem elektronischen Format beachten muss.
	Gibt eine Website an, auf der ein Benutzer zusätzliche Informationen über das Medizinprodukt erhalten kann.
MAX	Zeigt eine bestimmte maximale Gewichtsgrenze an (lbs/kg).
	Zeigt einen Transit-Befestigungspunkt an.
	Zeigt eine mögliche Quetschstelle an.
	Gibt das Unternehmen, bzw. die Organisation an, welche das medizinische Gerät in die Region importiert.
LOT	Gibt den Chargencode des Herstellers an, damit die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
60	Maschinenwaschbar, heiß
	Nicht bleichen
	Auf der Leine oder im Wäschetrockner trocknen, keine Hitze.
	Nicht bügeln
	Keine chemische Reinigung
UK CA	Zeigt die Erklärung des Herstellers an, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden UKCA-Richtlinien entspricht.

F. Untersuchen Sie Ihre Haut täglich

Axiom Sitz- und Positionierungsprodukte sind so konzipiert, dass sie die Druckverteilung verbessern und die Sitztoleranz erhöhen. Ob das bereitgestellte Kissen Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, kann nicht im Voraus garantiert werden. Die Unversehrtheit Ihrer Haut kann durch viele Aspekte Ihres täglichen Lebens und Ihres Gesundheitszustands beeinträchtigt werden, auch durch die Verwendung dieses Produkts. Achten Sie darauf, die von Ihrem Arzt festgelegte Hautpflege einzuhalten.

Benutzer dieses Produkts sollten sicherstellen, dass ihre Haut täglich auf Veränderungen untersucht wird. Wenn Sie Veränderungen feststellen, stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein und konsultieren Sie Ihren Kliniker. Ein wichtiger klinischer Indikator für Gewebeschäden ist Hautrötung. Wenn Ihre Haut Rötungen entwickelt, stellen Sie die Anwendung dieses Produkts sofort ein und konsultieren Sie Ihren Kliniker. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Untersuchung der Bereiche, die mit den knöchernen Vorsprüngen des Beckens zusammenhängen, wie z.B. Ihre Trochanter und Sitzbeinhöcker.

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Eine nicht ordnungsgemäße Hautinspektion oder die weitere Verwendung eines Kissens nach Hautveränderungen kann Hautschäden verursachen und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

G. Allgemeine Warnhinweise

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung oder Installation dieses Kissens gründlich durch. Bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten Ki Mobility Lieferanten oder Ihren Kliniker, wenn Sie die Warnhinweise und Anleitung nicht verstehen können. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

⚠WARNUNG⚠

WARNING: Die Haftfläche auf Klettverschlüssen kann sich mit der Zeit abnützen und die Fähigkeit, das Kissen zu fixieren, verringern. Dies könnte dazu führen, dass Sie aus Ihrem Rollstuhl fallen, was zu schweren Verletzungen führen kann.

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Das Anbringen eines Kissens auf einem Rollstuhl könnte den Schwerpunkt des Rollstuhls beeinflussen. Änderungen Ihres Schwerpunkts können Ihre Stabilität im Rollstuhl beeinträchtigen und zum Umkippen oder Sturz aus dem Rollstuhl führen, was zu schweren Verletzungen führen kann. Überprüfen Sie immer die Gebrauchsanweisung Ihres Rollstuhls, um festzustellen, ob Änderungen am Rollstuhl erforderlich sind, um nach dem Anbringen eines Kissens eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Die Unversehrtheit Ihrer Haut kann durch viele Aspekte Ihres täglichen Lebens und Ihres Gesundheitszustands beeinträchtigt werden, auch durch die Verwendung dieses Produkts. Achten Sie darauf, die von Ihrem Arzt festgelegte Hautpflege einzuhalten. Benutzer dieses Produkts sollten sicherstellen, dass ihre Haut routinemäßig nach Anweisung ihres Arztes auf Veränderungen untersucht wird. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

H. Ihr Kissen schützen

Vermeiden Sie eine längere Belastung durch ungünstige Umwelteinflüsse. Dies kann eine übermäßige Belastung durch Sonnenlicht und heiße oder kalte Temperaturen beinhalten. Dies kann zu einer Verschlechterung der Leistung Ihres Kissens führen.

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Wenn Sie Ihr Kissen nicht schützen, kann dies zu Veränderungen führen, was zu Hautschäden und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.

Obwohl Ihr Kissen gemäß den gekennzeichneten Entflammbarkeitsstandards hergestellt wurde, sollten Sie vermeiden, Ihr Kissen offenen Flammen oder extremen Hitzequellen wie einer brennenden Zigarette auszusetzen. Dies kann dazu führen, dass sich Ihr Kissen entzündet oder schädliche Gase freisetzt.

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Wenn Sie Ihr Kissen nicht vor extremer Hitze schützen, kann sich Ihr Kissen entzünden oder schädliche Gase freisetzen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

I. Hindernisse

Um sicherzustellen, dass Ihr Kissen effektiv funktioniert, vermeiden Sie Hindernisse zwischen Ihrem Gesäß und Ihrem Kissen. Hindernisse sind unter anderem:

- Schlüssel oder andere Gegenstände in den Taschen
- Hebegurte
- Unterlegscheiben oder Spannfutter

Hindernisse beeinträchtigen die Wirksamkeit des Produkts und können Druck- oder Überdruckstellen verursachen.

⚠WARNUNG⚠

WARNING: Druckstellen können zu Hautschäden, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

J. Ausrichtung des Bezugs

Ihr Kissen wurde so konzipiert, dass der Benutzer in einer bestimmten Ausrichtung darauf sitzt, und es muss korrekt in Ihrem Rollstuhl platziert werden, wobei der Bezug mit der Schaumstoffunterlage korrekt ausgerichtet sein muss. Sie ist beschriftet, um die richtige Ausrichtung anzuzeigen.



⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Wenn Sie das Kissen und den Bezug nicht korrekt ausrichten, kann dies Hautschäden verursachen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

EINRICHTEN, ANPASSEN UND PFLEGE

A. Anpassen Ihres Kissens und Rollstuhls

1. Ersteinrichtung des Kissens ohne Benutzer in sitzender Position
    - Achten Sie bei der Auswahl des für Sie geeigneten Kissens darauf, dass die Abmessungen unter Berücksichtigung der Breite und Länge Ihres Rollstuhlgurts oder Ihrer Sitzschale passend sind. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Ki Mobility Lieferanten oder Ihren Kliniker.
    - Legen Sie das Kissen so in den Stuhl, dass die Materialkennzeichnungen zur Rückseite des Stuhls und der Griff des Kissens zur Vorderseite

des Stuhls zeigen. Die rutschfeste Textur sollte dem Sitzgurt oder der Sitzschale Ihres Rollstuhls zugewandt sein.

- Es ist wichtig, dass das Kissen während des normalen Gebrauchs im Rollstuhl verbleibt. Es ist auch wichtig, dass das Kissen während des Transfers nicht verschoben wird, wodurch Sie rutschen oder stürzen könnten. Ihr Kissen verfügt über Klettverschlüsse und eine rutschfeste Unterseite, um den Halt im Rollstuhl zu erleichtern. Stellen Sie sicher, dass die Kissen-Klettverschlüsse mit den Rollstuhl-Klettverschlüssen ausgerichtet sind und mit diesen zusammenpassen. Wenn Ihr Rollstuhlgurt oder Ihre Sitzschale keine Klettverschlüsse hat oder diese nicht mit dem Kissen ausgerichtet sind, sollten Sie sich an Ihren autorisierten Ki Mobility Lieferanten oder Ihren Kliniker wenden, um sicherzustellen, dass das Kissen geeignet ist.



Klettverschlüsse
(Unterseite des Kissens)

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Wenn Sie ein Kissen auswählen, das nicht zu Ihrem Rollstuhl passt, kann dies Hautschäden verursachen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Wenn Sie das Kissen und den Bezug nicht korrekt ausrichten, kann dies Hautschäden verursachen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Wenn Sie das Kissen und den Bezug, die im Rollstuhl fixiert werden können, nicht korrekt auswählen, können Sie aus Ihrem Rollstuhl fallen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Vermeiden Sie die Verwendung des Kissens auf übermäßig gespannter Sitzgurtpolsterung. Gespannte Polsterung bietet keine ausreichende Unterstützung für das Kissen, was zu einer falschen Positionierung führen kann. Dies kann Ihre Haut versehren, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

2. Rollstuhleinrichtung und Einstellung für Ihr Sitzkissen
    a. Vergewissern Sie sich, dass die Hüfte nach Anleitung Ihres autorisierten Ki Mobility Lieferanten oder Ihres Klinikers im Rücken des Rollstuhls und des Kissens korrekt platziert ist.
    b. Stellen Sie sicher, dass Ihre Fußstützen auf die richtige Höhe eingestellt sind, wie von Ihrem autorisierten Ki Mobility Lieferanten oder Ihrem Kliniker angewiesen.
    c. Stellen Sie sicher, dass Ihre Rückenstütze richtig positioniert und auf Ihre Sitzhaltung eingestellt ist, wie von Ihrem autorisierten Ki Mobility Lieferanten oder Ihrem Kliniker angewiesen.

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Wenn Sie nicht sicherstellen, dass der Rollstuhl für die Verwendung mit dem Kissen richtig eingestellt ist, kann dies Hautschäden verursachen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

B. Wartung

Regelmäßige Reinigung und Wartung kann dazu beitragen, die Lebensdauer Ihres Kissens zu verlängern. Sie sollten Ihr Kissen wöchentlich inspizieren. Während der Reinigung wird eine Inspektion der Komponenten empfohlen.

1. Prüfen Sie den Bezug auf Risse und übermäßige Abnutzung
    a. Entfernen Sie den Bezug und überprüfen Sie ihn auf Auffälligkeiten (innen und außen).

b. Prüfen Sie die Schaumstoffunterlage auf Zerfall oder Abnutzung.
   - Risse, die tiefer als 0,25” (6,35 mm) sind.
   - Lose Körnchen aus Schaumstoff.
   - Dauerhafte Veränderungen der Form des unbelasteten Schaums, z. B. Abflachung.

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Wenn Sie irgendwelche Auffälligkeiten feststellen, wie z.B. Schaumstoffbruch oder austretende Flüssigkeit, stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Ki Mobility Lieferanten oder Kliniker. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies Hautschäden verursachen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

C. Reinigung

⚠WARNUNG⚠

WARNUNG: Reinigung, Desodorierung und Desinfizierung, auch nach der hier beschriebenen Methode, können den natürlichen Abbau des Schaums beschleunigen. Die Wirkung hängt von den verwendeten Chemikalien ab. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlechterung nicht so weit fortgeschritten ist, dass das Kissen nicht mehr verwendet werden kann, wie es in der mit dem Produkt gelieferten Anwendungshinweisen beschrieben ist.

Pflege- und Gebrauchsanleitungen	
	Maschinenwaschbar, heiß
	Nicht bleichen
	Auf der Leine oder im Wäschetrockner trocknen, keine Hitze.
	Nicht bügeln
	Keine chemische Reinigung

1. Reinigen des Bezugs

HINWEIS: Das Trocknen mit Hitze kann zu einer Schrumpfung führen, die die Passform und Funktion der Bezüge beeinträchtigt.

a. Entfernen Sie den Bezug von der Schaumstoffunterlage und schließen Sie den Reißverschluss.

b. In der Maschine in heißem Wasser waschen und im Trockner trocknen - keine Hitze. Nicht bügeln. Hinweis - Bezüge nicht chemisch reinigen und keine industriellen Waschmaschinen und Trockner zum Reinigen der Bezüge verwenden. Nicht dampfautoklavieren. Nicht bleichen.

c. Um den Bezug nach dem Waschen wieder anzubringen, platzieren Sie den Bezug wieder auf der Schaumstoffunterlage. Achten Sie darauf, dass die Rückseite des Bezugs mit der Rückseite der Schaumstoffunterlage übereinstimmt. Hinweis - Bei Verwendung in einem institutionellen Umfeld schreiben Sie den Namen des Bewohners mit einem Permanentmarker auf das Etikett des Bezugs. Dadurch wird sichergestellt, dass der richtige Bezug nach dem Waschen wieder auf das passende Kissen kommt.

2. Reinigung oder Desodorierung der Schaumstoffunterlage

HINWEIS: Tauchen Sie Ihre Schaumstoffunterlage nicht in eine Lösung ein.

a. Füllen Sie eine Sprühflasche mit Reinigungs- oder Desodorierungsmittel. Vergewissern Sie sich, dass die Kennzeichnung des Herstellers des Reinigungs- oder Desodorierungsmittels angibt, dass es für diese Verwendung geeignet ist. Befolgen Sie die Angaben des Herstellers zur richtigen Konzentration und Verwendung der Lösung.

b. Legen Sie die Schaumstoffunterlage in die Badewanne oder auf eine Oberfläche, die nass werden kann.

c. Besprühen Sie die gesamte Oberfläche der Schaumstoffunterlage einschließlich der Seiten. Drehen Sie sie um und wiederholen Sie den Vorgang auf der Unterseite. Wenn Sie mit dem Sprühen fertig sind, lassen Sie die Lösung 20 bis 30 Minuten lang einwirken.

d. Wischen Sie die Lösung mit einem feuchten Waschlappen ab. Nicht mit Wasser besprühen.

e. Lassen Sie das Material an der Luft trocknen, vermeiden Sie jedoch direkte Sonneneinstrahlung. Je nachdem, wie nass Ihre Schaumstoffunterlage ist, kann es 24 Stunden

bis mehrere Tage dauern, bis sie vollständig getrocknet ist. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass keine Lösung in der Schaumstoffunterlage geblieben ist.

3. Desinfektion der Schaumstoffunterlage

HINWEIS: Tauchen Sie Ihre Schaumstoffunterlage nicht in eine Lösung ein.

a. Füllen Sie eine Sprühflasche mit einer 70-prozentigen oder höheren Alkohollösung.
b. Legen Sie die Schaumstoffunterlage in die Badewanne oder auf eine Oberfläche, die nass werden kann.
c. Besprühen Sie die gesamte Oberfläche der Schaumstoffunterlage einschließlich der Seiten. Drehen Sie sie um und wiederholen Sie den Vorgang auf der Unterseite. Wenn Sie mit dem Sprühen fertig sind, lassen Sie die Lösung 20 bis 30 Minuten lang einwirken.
d. Wischen Sie die Lösung mit einem feuchten Waschlappen ab. Nicht mit Wasser besprühen.
e. Lassen Sie das Material an der Luft trocknen, vermeiden Sie jedoch direkte Sonneneinstrahlung. Je nachdem, wie nass Ihre Schaumstoffunterlage ist, kann es 24 Stunden bis mehrere Tage dauern, bis sie vollständig getrocknet ist. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass keine Lösung in der Schaumstoffunterlage geblieben ist.

D. Wiederzusammenbau Ihres Axiom Back nach der Reinigung

Nach korrekter Reinigung und Wartung

1. Führen Sie die Schaumstoffunterlage mit dem Etikett nach unten und dem Reißverschluss auf der Rückseite des Kissens in den Innenbezug ein.
2. Schließen Sie den Reißverschluss an Ihrem Kissen und stellen Sie sicher, dass der Reißverschlusszug am Ende geschlossen ist und der Zug in die Reißverschlusstaschenabdeckung gesteckt wird. Überprüfen Sie, ob sich die Serien- und Zulassungsschilder auf der Rückseite der Schaumstoffunterlage befinden.



KI MOBILITY BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

Die erwartete Lebensdauer des Rahmens beträgt fünf Jahre.

A. Für 24 Monate

Ki Mobility gewährleistet, dass das Kissen für einen Zeitraum von 24 Monaten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese beschränkte Gewährleistung gilt für:

- Kissenunterteile für Axiom-G, Axiom-S und Axiom-P.

Für einen Zeitraum von 24 Monaten (2 Jahre) ab Kaufdatum, bei normalem Gebrauch, repariert oder ersetzt Ki Mobility das Gerät nach eigenem Ermessen kostenlos, falls ein Material- oder Verarbeitungsfehler auftritt. Diese Gewährleistung gilt nicht für Punktionen, Risse oder Brandschäden.

B. Für 6 Monate

Ki Mobility gewährleistet, dass das Kissen für einen Zeitraum von 6 Monaten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese beschränkte Gewährleistung gilt für:

- Abnehmbare Bezüge für Axiom-G, Axiom-S und Axiom-P.

Für einen Zeitraum von 6 Monaten ab Kaufdatum, bei normalem Gebrauch, repariert oder ersetzt Ki Mobility diese nach eigenem Ermessen kostenlos, falls ein Material- oder Verarbeit-

ungsfehler auftritt. Diese Gewährleistung gilt nicht für Punktionen, Risse oder Brandschäden.

C. Beschränkungen

1. Wir übernehmen keine Gewährleistung für:
   a. Schäden, die durch Vernachlässigung, Missbrauch oder durch unsachgemäßes Anbringen oder Reparatur entstehen.
   b. Produkte, die ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Ki Mobility verändert wurden.
   c. Schäden durch Überschreiten der Gewichtsgrenze.
2. Diese Gewährleistung ist UNGÜLTIG, wenn das originale Kissenetikett entfernt oder verändert wird.
3. Diese Gewährleistung gilt nur in den USA. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten, ob internationale Gewährleistungen gelten.
4. Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den Kauf durch den ersten Verbraucher dieses Produkts über einen autorisierten Ki Mobility Lieferanten.

D. Was wir tun werden

Unsere einzige Haftung besteht in der Reparatur oder dem Austausch der Teile, die unter die Garantie fallen. Dies ist der ausschließliche Rechtsbehelf für Folgeschäden.

E. Was Sie tun müssen

1. Holen Sie von uns, solange diese Gewährleistung in Kraft ist, eine vorherige Genehmigung für die Rücksendung oder Reparatur der Teile ein, die unter die Garantie fallen.
2. Reklamationen und Reparaturen sollten über den nächstgelegenen autorisierten Lieferanten abgewickelt werden. Mit Ausnahme der hierin enthaltenen ausdrücklichen Gewährleistungen sind alle anderen Gewährleistungen, einschließlich impliziter Garantien der Marktgängigkeit und Gewährleistungen der Eignung für einen bestimmten Zweck, ausgeschlossen.

F. Hinweis für Verbraucher

1. Soweit gesetzlich zulässig, tritt diese Gewährleistung an Stelle jeder anderen Gewährleistung (schriftlich oder mündlich, ausdrücklich oder implizit, einschließlich einer Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck).
2. Diese Gewährleistung gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

Tragen Sie hier Ihre Chargennummer zur späteren Referenz ein:

AXIOM
by Etac

+1 715-254-0991
Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A.

Autorisierter EU-Vertreter:
EC REP
Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp
Sweden

www.kimobility.com

CE UKCA

DCN0750.3